

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

קרן מחקרים _____

מדינת ישראל * _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
כביש	3 לכושרי גן אבירן
בצמח	עמית - האסופה

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אסופה
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	1773 - 2101000297
ספק זה הינו:	✓ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$237,026
תקופת ההתקשרות	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:**

ספק חוץ	לפי	ספק יחיד

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקותי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד - ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה
ד"ר יואל שרגא	מנהל מחלקת מכרזים	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

14 באפריל 2013
מספרנו: יש/2013-0133
תיק: 2-1125

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: חו"ד לרכישת מכשיר אקו לבדיקות בצמוד למיטת המטופל

1. מבוא

עבור שלושה אתרים בביה"ח נדרשת רכישת מכשיר אקו אשר יאפשר ביצוע בדיקת אקו רגילה ובדיקת אקו תוך ושטי (TEE) וזאת מהטעמים הבאים:

א. מכון הלב

ניתן שרות של הבדיקות הנ"ל ברחבי ביה"ח. המיכשור המשמש הינו VIVID6 מתוצרת GE, דגם ישן שאינו כולל יכולת בדיקה אקו תוך ושטי אלא רק אקו רגילה. לבדיקת אקו תוך ושטי נדרש מכשיר נוסף ישן יותר דגם SONOS 7500 תוצרת פיליפס שכמותו בביה"ח מזערית עקב גילו והטכנולוגיה המיושנת שלו.

ב. ט.נ. ניתוחי לב

קיים דגם ENVISOR מס' סידורי US80507095 עם גירסת תוכנה C.0.2 משנת 9/2005 (אופן הכנסתו למוסד לוט בערפל). למכשיר מתמר אקו רגיל TTE. המכשיר מגושם במידותיו ללא מתמר תוך ושטי (TEE) הנדרש באופן שוטף למטופלים מיידית לאחר הניתוח עקב מצבם שלא מאפשר כמעט שימוש באקו רגיל. טכנולוגיית ההדמייה ואיכותה ירודים ולמעשה היקף השימוש במכשיר זה במשך 8 השנים היה מזערי. אין כל היגיון להשקיע במכשיר זה.

ג. פנימית ב'

אין מכשיר לביצוע בדיקות אקו רגיל (TTE). בהתאם להחלטת פרופ' רוטשטיין יש לממש רכישת מכשיר עבור פנימית ב' כדי להקל עומס הפעילות במכון הלב. כאן נדרש דרך קבע ביצוע אקו רגיל בלבד. גיבוי לאקו תוך ושטי יהיה באמצעות גיבוי ממכון הלב במקרים חריגים.

2. דגם SPARQ תוצרת פיליפס הינו מכשיר דו-מימדי המהווה את הדגם העדכני של מכשיר אולטרסאונד לאפליקציות אקו בצמוד למיטת החולה. בדיקת המצאי אצל שני היצרנים הגדולים הנוספים הקיימים הובהר כי :

א. לחב' סימנס אין מענה של מכשיר באפליקציית אקו, כאשר הדגם הינו על אקו בלבד.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

ב. לחב' GE דגם VIVID6 הישן אשר אינו כולל בדיקה תוך ושטית (TEE) אלא רק בדיקת אקו רגילה. איכות ההדמיה במכשיר ירודה, כמו גם דגם VIVID-i (ראה מכתבי פרופ' פיינברג מ-3.2.13, 24.2.13). שני הדגמים אינם מתחרים בדגם SPARQ.

3. רצ"ב הצעת חב' מדטכניקה A1300894 אותה מומלץ לממש כדלקמן:

א. פריטים 1 עד 6 בכמות 3 יח' עבור מכון הלב, ט.ג. ניתוחי לב ופנימית ב'.

ב. מתמר תוך ושטי (TEE) דגם X7-2T בכמות 2 יח' עבור מכון הלב וט.ג. ניתוחי לב.

הערה: כל מתמר יכלול מתאם ע"מ לאפשר חיבורו לדגמי IE-33 המצויים בניתוחי לב ובמכון הלב.

הבהרה: הפריטים בהצעה הינם:

מכשיר

תוכנה הכוללת אפליקציית אקו, כלי דם עם הנחיית קטטר, בטן, טראומה
דופלר למדידת מהירות תנועת רקמות הלב

חיבור DIACOM

מתמר TTE בתדר 4-2 MHz

מדפסת ש/ל

אופציה: מתמר TEE תלת-מימדי + מתאם ל-IE-33 (שלא כלול באופציה).

מהאמור לעיל ניתן לראות את חב' פיליפס ספק בלעדי לרכישה זו לדגם SPARQ שלו אין מתחרים באפליקציית אקו בנוחות ובאיכות ההדמיה ליד מיטת החולה כאשר ניתן לבצע אקו רגיל ואקו תוך ושטי.

ההזמנה תכלול ספרות הפעלה ושרות.

תקופת האחריות מינימום 24 חודשים מיום הקליטה במוסד.

הערה: מקור תקציבי לרכישה בהתאם לסימוכין.
יש לידע את פרופ' רוטשטיין ולקבל אישורו לנייל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת + הצעות מחיר