

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

קרן מחקרים _____ **מדינת ישראל** X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
מחשב - אל' הפיקס - מס' 30	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין
 שירותים
 ביצוע עבודה

שם הספק:	
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)	1148 - 93101000293
ספק זה הינו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	91,000 ₪
תקופת ההתקשרות:	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:

אם	חוץ	אם	אם

לאור הנימוקים שמנתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד - ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה
אריאל שרון	מנהל מחלקת	

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

22 באפריל 2013
מספרנו: יש/2013-0135
תיק: 1-1135, 7015

לכבוד
גב' גילי נעים
כאן

נכבדתי,

הנדון: אגף הדימות - חו"ד להחלפת מעי בדיקת צפיפות עצם

בביה"ח עד חודש פברואר 2013, היה בשימוש מכשיר דגם Prodigy 1 ותוצרת GE-LUNAR. מס' סד' 60638 שנת ייצור 2000.

עקב תקלה בשפופרת המכשיר שחייבה את החלפתה ולנוכח העובדה כי הדגם הוזכר כ-EOI, הובחר כי אין יכולת לתקן המכשיר, למרות הצעת מחיר להחלפת השפופרת שניתנה (עקב טעות של חב' אלדן נציגת היצרן בארץ בתחום זה).

על מנת לאפשר המשך מתן השרות הוחלט לממש הצעת חב' אלדן (נציגת GE) להחלפת המערכת הקיימת (המושבתת) בדגם Prodigy 8 בו התוכנה שודרגה מגירסה 9.5 לגירסה 13.60 והותקנה אופציית DICOM.

הדגם שהוחלף הינו משומש ומכונה גירסה 8, ADVANCE, או CPO.

ההחלטה על החלפת הדגם המושבתת בדגם משופר, משומש מאותה גירסה, נבעה מהעובדה שלא נדרש היה לבצע כל שינוי במבנה, כל שנדרש היה פירוק המושבת והתקנת המשומש.

רצ"ב הצעת חב' אלדן לביצוע המ"ל, שהתקנתו אושרה ע"י הרנטגנאי הראשי ביום 13.3.14 (הרצ"ב), מועד שיש להתייחס אליו כמועד הקליטה בפועל.

ד"ר יגאל שדמי
מנהל המחלקה להנדסה ביו-רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר