



**אישור פליסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד**

יחידה מומינה :	מס' ועדה :	131088
מחות הרכשה :	מס' יחידה :	SPECT C.T
סכום הרכישה מטבע ספק :	ערך בשקלים :	40040
ספק פוטנציאלי :		

הוועדה התכנסה בתאריך 21/3/13 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם  
המקצועי באחר האקטורנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

שמואל צמר	עו"ד דוד פריד	יוסי שחר	חתימת המאשרים
מיכאל ארזאלי	רמ"י תנעמי		

תמר לז' הרפואי תל-אביב  
מתלקת הנדסה רפואית  
טל : 03-6973208  
פקס : 03-6973440

6 בינואר 2013

סימוכין : 09-01

לכבוד  
וועדת רכישות  
בא"ר

שלים רב,

### הנדון: רכישת מצלמת גאמת SPECT-CT עבור המכון לרפואה גרעינית

מדובר במערכת היברידית המורכבת ממצלמת גאמת ו-CT מופחת קרינה. למערכת יהיה שמוש גם לכדיקת ילדים ונוער מאושפזים מחקתילה, שהם חלק נכבד מעבודת המכון, וכן חולים שנשלחים באינדקציות שאינן אונקולוגיות. מבדיקות שערכו מול הספקים השונים וכן מעיון בספציפיקציות של המערכות מתברר, שמערכת SPECT-CT של חברי G.E. מסוג 640 תנה יחודית בכך שה- CT בה פותח מראש כ- CT מהיר מופחת קרינה, תוך שמירה על איכות תמונה טובה. למערכת תי"ל תבילה יעודית המאפשרת דווימטריות של קליטת חומרים רדיואקטיביים, פונקציה מאוד רלבנטית במכון בו נעשה לעיתים קרובות חישוב מנות לטיפול בחומרים פולטי קרינה. בסקירת הספרות לא נמצא שישנה תבילה דומה אחרת המאושרת לשימוש קליני.

לאור התואר לעיל יש לראות במערכת SPECT-CT מסוג 640 של חברי G.E. (לרבות ג- CT היעודי המשולב בה), ציוד יחודי וחבי' G.E. עצמה ספק יחיד למקרה זה.

בברכה,

די"ר ולנטין  
מנהל מתלקת תמ"ח רפואית

