

משרד הבריאות



המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון

משרד מהנדס ראשי

01 מאי 2013

לכבוד,

מר שלום נויפלד

מנהל אדמיניסטרטיבי


הנדון: מערכות קריאת חולה - אחות מושבתות

ישנה תקלה במערכת קריאת חולה-אחות במחלקות פנימית א' ו- ב'. בנוסף, במחלקת פנימית ב', המערכת אינה עובדת בכל המחלקה, עקב שיבוש בכרטיס הראשי.

ישנה חשיבות ודחיפות רבה בתפקוד של מערכות אלו, כיוון שהן נועדו לפיקוח ובקרה על מצב החולה וקשר עמו.

רצ"ב הצעת מחיר של חברת מינץ, החברה שייצרה והתקינה את המערכת בקומה 6.

בברכה,

משה גל  
  
רכז שירותים טכניים.

לדא  
15/1/13  
