

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
תחילת עבודה - 15/10/2017	
סיום עבודה - 15/10/2017	
קטגוריית עבודה	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)	
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	
תקופת ההתקשרות	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות::

צ"י	חלום	צ"י	צ"י	צ"י

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד-ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה
צ"י י'רם נספא	מנהל חטיבת ארבעת האזורים	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

27 במאי 2013
מספרנו: יש/2013-0185
תיק: 5002, 1119-1, 1120-16

לכבוד
מר ברונר לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: פנימית ב' - חו"ד להחלפת מע' טלמטריה + תוספת ניטור קפנוגרפיה

1. בפנימית ב' מצויה מע' טלמטריה תוצרת NIHON KOHDEN דגם MU-843RK, הכוללת 8 משדרים מדגמים ZS-910PK, ZB-811PK. המערכת מצויה בשימוש משנת 2001 ועקב בלאי מחייבת החלפתה.

במחלקה מע' ניטור תוצרת GE הכוללת 6 מוניטורים מדגם SOLAR 8000M ותחנה מרכזית מדגם CIC. החלפת מערכת הטלמטריה הישנה תהיה במע' טלמטריה דגם APEX PRO מתוצרת GE, על מנת לקבל את כל החולים המנוטרים ע"ג צג התחנה המרכזית.

לא ניתן לרכוש מע' טלמטרית אשר ניתנת לשילוב במע' הניטור הקיימת זולת מע' מיצרן מע' הניטור.

רצ"ב הצעת מחיר PQ13L0605, של חבי לבנט לרכישת מע' הטלמטריה כאשר:

פריט 1 - רשיונות (כמות 8 יח')

פריט 2 - שרת לטלמטריה (יותקן בארון תקשורת)

פריט 3 - מקלטים בכמות 8 יח' (יותקנו בארון תקשורת)

פריטים 4+5 מקלטים + לידים.

פריט 6 - התקנה הכוללת אנטנות וכבילה בין ארון תקשורת לתחנה.

2. פרופ' עמיטל מבקש להוסיף ניטור קפנוגרפיה למע' הניטור מתוצרת GE המצויה במחלקתו.

רצ"ב הצעת מחיר PQ13L0377 של חבי לבנט לרכישת מודול קפנוגרף מסוג S.S. ETCO2 אותה יש לממש בכמות 6 יח' (ההצעה הזנה למוניטור יחיד). כל מודול מסופק עם מארז של צנרת מהילה לחיבור בכמות 10 יח'.

תוספת מודול קפנוגרפיה מחוייב להיות מיצרן המוניטורים, קרי מחבי GE בלבד. אין יכולת לרכוש המודול הנדרש מיצרן חלופי ולשלב במע' הניטור הקיימת.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

3. מומלץ לממש את שתי הצעות המחיר הרצ"ב בהתאם לני"ל.

כפי שצוין ניתן לראות את חב' GE ספק בלעדי לרכישה (טלמטריה + קפנוגרפיה),
מאחר ומדובר בתוספות ושילוב עם מע' ניטור קיימת מתוצרת יצרן זה.

הרכישה תכלול ספרות הפעלה ושרות ותקופת אחריות של 24 חודשים מינימום.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעות

העתקים : פרופ' א. שמיס
פרופ' ה. עמיטל
גב' ש. בן עמי