






**אישור פליסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד**

|                       |                          |             |       |
|-----------------------|--------------------------|-------------|-------|
| יחידה מזמינה:         | 7212                     | מס' ועודד:  | 12153 |
| מחלת הרכישה:          | ATRIAL APPENDAGE CLOSURE |             |       |
| סכום הרכישה מטבע ספק: | 9255                     | ערך נשקלים: |       |
| ספק פוטנציאלי:        | GSD                      |             |       |

הוועדה התכנסה בהאריך 5/8/13 ואישרה לפדסם את חוות הדעת של הגורם  
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

|                |  |              |   |            |   |
|----------------|--|--------------|---|------------|---|
| חתימת המאשרים: |  | עו"ד רוטנברג |  | שמואל געבר |  |
|----------------|--|--------------|---|------------|---|

רמזי תעמ"מ      מכלל ארזיאל



ה י ח ז ד ה ל קרדיולוגיה התערבותית  
פרופ' שמואל בנאי – מנהל היחידה

מסמך זה הינו ייעודי להתקשרות המרכז הרפואי תל אביב ביולי 2013

28/07/2013

לכבוד  
ועדת מכרזים  
באן

**החזת: Boston Scientific Left Atrial Appendage Closure (WATCHMAN) מהצדן**

1. הצויד הנייל נדרש במקרים של צורך בסגירה מלעוררית ע"י מתקן דימוי מטרייה בלב.
2. הצויד של החברה הנייל הנו ייחודי בשל המבנה האנטומי ואורך "השאפט" (המוביל) של ההתקן, כמובן, לחברה הנייל מענה במקרים בהם נדרשים קטרים גדולים במיוחד.
3. בבדיקה שערכתי מול מרכזים אחרים בעולם ומתסיון המצטבר במכון, במקרים הספציפיים המצוינים הספק הנייל הינו הספק היחיד המסוגל לתת פתרון.
4. לפיכך אבקש לאשר את הספק Boston Scientific כספק בלעדי לצויד ייחודי זה.

פרופ' שמואל בנאי  
מוסחה לרפואת הלב  
מ"ר 085225  
בברכה,  
פרופ' שמואל בנאי  
מנהל היח' לקרדיולוגיה התערבותית