

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל X קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
HLA	ספק יחיד

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	ג'רוס
מספר הספק	9289 - 511429/80
(ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)	
ספק זה הינו:	✓ ספק יחיד    _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	" 7 ח' 7 \$ 52,000
תקופת ההתקשרות	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:

ע"י	"	חלף	"	לפי	"	לפי	"	בן	יהודה

לאור הנימוקים שמנתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד - ואנו מבקשים לערוך  
ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

חתימה	רמון	שם בעל הסמכות המקצועית	רמון יהודה
		תפקיד בעל הסמכות המקצועית	מנהל המכרז



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

20 באוגוסט 2013  
מספרנו: יש/0340-2013  
תיק: 1207,8007

לכבוד  
מר ברונו לביא  
כ.א.ן

נכבדי,

הנדון: מעבדה לסיווג הקמות (מעבדה ארצית להשתלות) -  
חו"ד לרכישת מערכת לבדיקת HLA

מכתב דרי לבנטל מיום 14.8.13

1. דרי לבנטל מבקש לרכוש המערכת שבנדון בכמות 1 יח.
2. מדובר במערכת המשמשת לבדיקת (HUMAN LEUKOCYTE ANTIGENS) HLA. טכנולוגיה הנקראת X-MAP מאפשרת גנוטיפינג ברזולוציה גבוהה של 100 גנים אלליים בדגימה אחת לפני ביצוע השתלה.  
כמו כן מאפשרת הטכנולוגיה בדיקה של תגובת אנטיבודי במטופל לאחר הניתוח.
3. המערכת כוללת את המרכיבים הבאים:
  - א. אנלייזר - LUMINEX FLOUROANALYZER 200
  - ב. פלטפורמה לחימום - LUMINEX XY
  - ג. התקן להעברת נוזלים - LUMINEX SD
  - ד. מחשב PC + מסך שטוח.
  - ה. תוכנה ייחודית - X PONENT
  - ו. קיטים לכיול ולבקרת איכות.
4. דרי לבנטל מעדכן כי רק דגם 200 תוצרת חבי LUMINEX מאפשר לבצע את הבדיקה הנדרשת. ניתן לראות ביצרון ובנציגו ספק יחיד לרכישה זו.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

5. מומלץ לממש הצעת מחיר מס' PQ13000451, מיום 30.5.13, של חב' תרום.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

ב ב ה כ ה

צפיר בן יהודה - Msc  
ס/מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : הצעת מחיר+תכתובת

העתק : דר. ר. לבנטל