






אישור פרוסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מוזמנת :	מס' ועדה :	131844
מחוז הרכישה :	עד בשקלים :	4444 57236
ספק פוטנציאלי :	מס' פוטנציאלי :	2011

הוועדה התכנסה בתאריך 25/2/19 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של המגורס
המקצועי באותו האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים : 
עו"ד רוזתפרל  שמואל גמור 

מרכז תעמולת מרכז ארציאלי

המרכז הדיפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

14 ביולי 2013

סימון: 05-07

לכבוד
וועדת הרכישות
בא

אדוניים נכבדים,

הנדון: החלפת (רלישת) שפופרת רנטגן ניידת צילום 4-AMX

במחלקת רנטגן מותקנת מכונת רנטגן ניידת צילום 4-AMX, מס"ד 00043 של חב' G.E. TECHNOLOGIES
הכוללת שפופרת בלתי נפרדת מהמערכת מ- 15.2.2000

לאחר בדיקת התקלה פריצות בשפופרת ברנטגן. עיי' אנשי שירות התברר שהשפופרת רנטגן התקלקלה.
במקומה ממליץ לרכוש ולהתקיין שפופרת חדשה. היות ושפופרת זו הנה חלק אינטגרלי מהמערכת,
יש לראות בה השלמה למערכת הקיימת ונחב' G.E. TECHNOLOGIES ספק יחיד לשפופרת מקורי זה.

בברכה,


שמרית מוזקאנט

מהנדס מכשור רפואי
ראש צוות מכשור רנטגן