

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250 טל': 03-9683774 פקס: 03-9683795

תאריך: 10.11.2013

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתנו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 20/2013

נושא: אספקת מכשיר פירוליזה של חומר אורגני להפקת פחם ושמן עבור המכון להנדסה חקלאית במינהל המחקר החקלאי

מועד אחרון להגשה: 21.11.2013 (עד השעה 12:00)

* * הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <http://www.mr.gov.il/purchasing>
ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/923.aspx>

תשובה	פירוט השאלה	הסעיף המופיע במכרז
(1) חומרים אשר יוכלו לעמוד בחום הגבוה הנדרש העומד על 1000 מעלות צלסיוס. (2) להתייחס לשרטוטים- שימוש במזרוני צמר סלעים בעובי 70-100 מ"מ.	1. מאיזה חומר החילזון? 2. בידוד אינו מופיע במפרט הטכני אך מופיע בתוכן (שרטוטים), למה להתייחס?	סעיף מס' 7