

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250 טל': 03-9683774 פקס: 03-9683795

תאריך: 11.11.2013

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 25/2013

נושא: אספקת שני תאי צמיחה דומים עבור המכון למדעי הקרקע המים והסביבה
במינהל המחקר החקלאי

מועד אחרון להגשה: 19.11.2013 (עד השעה 12:00)

* * הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <http://www.mr.gov.il/purchasing>
ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/923.aspx>

תשובה	פירוט השאלה	הסעיף המופיע במכרז
ככל שמדובר בסעיף 8 למפרט הכללי ולסעיף 5 של המפרט לתאורה הכוונה הינה למספר שורות ליממה. ככל שמדובר בסעיף 1 למפרט טמפרטורה הכוונה הינה לסכמה בכל התוכניות שניתן לתכנת ולשמור בזכרון.	בסעיף 8 של מפרט כללי, בסעיף 1 של מפרט בקרת הטמפרטורה ובסעיף 5 של מפרט לתאורה ישנן התייחסויות שונות לכמות השלבים בתכנות הפרמטרים של המכשירים. האם מדובר להכנת התוכנית ליממה אחת בלבד או בסה"כ כמות השלבים של התכנות?	בסעיף 8 של מפרט כללי, בסעיף 1 של מפרט בקרת הטמפרטורה ובסעיף 5 של מפרט לתאורה
<u>התאריך הנקוב בטבלת התאריכים ובנספח 4 למכרז הוא התאריך הנכון אשר נותר ללא שינוי ומשקף 60 ימי עבודה. יש לפעול בהתאם לתאריך אשר צוין מפורשות.</u>	<u>הבהרת עורך המכרז:</u> במסמכי המכרז מצויין כי תוקף הערבות מפורט בטבלת התאריכים. ומאידך מצויין כי הערבות תהיה בתוקף למשך 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.	5 ח' – ערבות מציע