

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250 טל': 03-9683774 פקס: 03-9683795

תאריך: 11/11/2013

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 27/2013

נושא: אספקת מערכת מיקרוסקופיה הכוללת מיקרוסקופ וסטריאו מיקרוסקופ פלואורצנטיים עבור המכון להגנת הצומח במינהל המחקר החקלאי

מועד אחרון להגשה: 19/11/2013 (עד השעה 12:00)

* הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <http://www.mr.gov.il/purchasing>
ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/923.aspx>

תשובה	פירוט השאלה	הסעיף המופיע במכרז
בהחלט כן. כפי שכתוב בסעיף אנו מעוניינים בקונדנסר אוניברסאלי עם שלושת המודולים המצויינים בסעיף. בשלב זה איננו מעוניינים באביזרים המצויינים בשאלה ו/או אחרים אשר לא נכתבו במכרז	לרוב בוחר המשתמש בין 2 הטכניקות DIC ו- phase contrast ולא שתיהן. אם רוצים לעבוד גם עם DIC יש לדרוש בנוסף למודול המצוין בסעיף 7, גם פולארייזר, אנאלייזר, פריזמות וכו'. לחילופין – אפשר לעבוד רק עם phase contrast ואז אין צורך גם במודול DIC בשלב זה אלא לציין שהקונדנסר חייב להיות מתאים לכך ומאפשר להוסיף מודול זה בעתיד. האם בכל זאת להציע מודול DIC?	1.ב. מיקרוסקופ פלורוצנטי 7
היות ובדיקתנו העלתה כי 4X ו- 5X נותנים את אותו מענה מקצועי - ניתן לספק את אחד משני האובייקטיביים. באשר ליתר האובייקטיבים אין שינוי.	האם ניתן להציע גם אובייקטיב 4X?	1.ב. 15
כן. אנו זקוקים לחיבור של שתי המצלמות בו זמנית ע"י מתאם מתאים	נדרשות שתי מצלמות – מונוכרום וצבעונית, האם להציע מתאם המאפשר חיבור של שתי המצלמות בו זמנית למיקרוסקופ?	1.ב. 16
יש לעמוד ביחס זום של לפחות 25 כפי שמצויין בסעיף ב 2 תת סעיף 1. כל טווח הגדלות שיתן יחס זה ועומד בתנאי הסף הנדרש יתקבל	בסעיף 1 מצוין יחס זום גדול של 25. זו אחת התכונות החשובות והמרכזיות בכל סטריאו מיקרוסקופ ומאפשר לעבוד בטווח הגדלות רחב. עם זאת, על פי טווח הזום בסעיף 2 יחס הזום המתקבל (חלוקה של הזום הגדול בקטן)	2.ב. סטריאו מיקרוסקופ פלורוצנטי 2

	הוא רק $11/0.63=17.46$. זהו הבדל משמעותי שסותר את סעיף 1 ויגרום להצעות של סטריאו מיקרוסקופים ברמה נמוכה בהרבה מצרכי המשתמש שלא תאפשר לו להגיע לרמת ההגדלה הרצויה. במידה ורוצים יחס זום של 25, ההגדלה הגדולה בטווח צריכה להיות $15.75X$ ולא $11X$ ($15.75/0.63=25$). האם להתייחס לסעיף 2 (טווח זום צר) או סעיף 1 – טווח זום רחב?	
הכוונה שלמערכת המוצעת יש אפשרות להוסיף דוושות, ולא להציע את הדוושות כבר כחלק ממכרז זה	"אפשרות למערכת דוושות רגל..." – האם הכוונה שלמערכת המוצעת יש אפשרות להוסיף דוושות, או שיש להציע את הדוושות הנ"ל כבר כחלק ממכרז זה?	2.ב. 5
<u>התאריך הנקוב בטבלת התאריכים ובנספח 4 למכרז הוא התאריך הנכון אשר נותר ללא שינוי ומשקף 60 ימי עבודה. יש לפעול בהתאם לתאריך אשר צוין מפורשות.</u>	<u>הבהרת עורך המכרז:</u> במסמכי המכרז מצויין כי תוקף הערבות מפורט בטבלת התאריכים. ומאידך מצויין כי הערבות תהיה בתוקף למשך 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.	5 ח' – ערבות מציע