

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250 טל': 03-9683774 פקס: 03-9683795

תאריך: 11/11/2013

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 31/2013

נושא: אספקת צנטריפוגה עבור המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה במינהל המחקר החקלאי

מועד אחרון להגשה: 19/11/2013 (עד השעה 12:00)

* * הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <http://www.mr.gov.il/purchasing>
ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/923.aspx>

תשובה	פירוט השאלה	הסעיף המופיע במכרז
1. בסעיף 7(7) למפרט הטכני אכן נכתב בטעות כי הרוטורים הינם מתוצרת SORVALL. נוסח הסעיף המתוקן הינו: "7. The centrifuge should be able to work with existing rotors in the Institute – 1) Bakeman JA-14, 6X250 ml, maximum speed 14000 rpm; and 2) Bakeman JA-17, 14X50 ml, maximum speed 17,000 rpm, without use of adapters " 2. לפי מצב ידיעותיו של המינהל בעת פרסום המכרז, יתכן עקרונית כי צנטריפוגה של יצרן מסוים תוכל להתאים לרוטורים של יצרן אחר.	1. במפרט הטכני/מקצועי בסעיף מספר 7 קיים ניגוד בהגדרת הרוטורים. מחד, נאמר כי יש להשתמש ברוטורים של חברת SORVALL ומאידך, דגמי הרוטורים שמתוארים (JA -17 ו JA-14) הינם של חברה אחרת, מה נכון ? 2. בכל מקרה זהו לא מצב של בקשת מכרז.. כאשר מבקשים להשתמש ברוטור מסויים לצנטריפוגה, מצב זה הינו מצב של "ספק יחיד", וזאת מכיוון שבכל צנטריפוגה של יצרן מסויים, ניתן להשתמש אך ורק ברוטורים של אותו היצרן. בסעיף 7 רשום במפורש "The centrifuge should be able to work with existing rotors....."	סעיף 7