

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250 טל': 03-9683774 פקס: 03-9683795

תאריך: 11/11/2013

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 44/2013

נושא: אספקת מכשיר גז כומוטוגרף (GC) עבור המכון לחקר בעלי-חיים במינהל המחקר החקלאי

מועד אחרון להגשה: 19/11/2013 (עד השעה 12:00)

**** הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <http://www.mr.gov.il/purchasing> ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/923.aspx>**

תשובה	פירוט השאלה	הסעיף המופיע במכרז
כן	האם הכוונה בדוגם האוטומטי להשתמש חוץ מבדיקת נוזלים בבדיקת הגזים האם הכוונה היא לבדיקת HEAD SPACE?	סעיף מס' 1
לא. אין צורך באספקת קולונות. התנאי הינו כי קיימת היכולת לבצע את האנליזות עם קולונות מתאימות.	האם על הספק להיות אחראי על האפליקציות הנ"ל? (הכוונה האם צריך לספק גם קולונות לאפליקציות אלו)?	סעיפים 3-4
לא. משום שלצורך מחקרנו נחוצים טווחי רגישות גבוהים כמצויינים במכרז.	לעניין רגישות גלאי FID האם ניתן גם לא גבוהה יותר מ 1.8	סעיף 5
כן. הפונקציה נדרשת לעבודתנו היום יומית, הינה יעילה וחוסכת זמן רב בעיקר מקום בו נמצאות בשימוש שיטות שונות כבמעבדתינו.	האם הפונקציה המצויינת בסעיף זה הכרחית?	סעיף 14
חלק מהצרכים המחקריים שלנו דורשים טמפרטורות גבוהות כפי שציינו במכרז (C°400 ~) ולכן דרושה יכולת הקירור והחימום בטמפרטורות אלו.	האם ניתן שקירור התנור יהיה בין 300-50 ב-4 דקות)	סעיף 15
20. המבוקש בסעיף זה מקל באופן משמעותי על העבודה היום יומית, חוסך כסף ומונע טעויות אנוש. 21. האפשרות לזהות חלקים להחלפה על פי ברקודים/ מק"ט הינה נחוצה, שכן היא חוסכת בהוצאות תחזוקה, שירות ומונעת בעיות אפליקטיביות.	האם המצויין בסעיפים אלה הכרחי?	סעיף 20-21
כן	האם הכוונה לדוגם אוטומטי עם מקום ל- 96 ויילים לפזה נוזלית ומקום ל- 96 ויילים לפזה גזית?	סעיף 7.1

1.4 pgC/sec	האם הכוונה היא ל- 1.4 pgc/sec ? רשום 1.4 pg מעלות לשניה.	סעיף 7.5
להפך.	האם ה- inlet לקולונות packed לפזה נוזלית ו- inlet split/splitless לקולונות קפילריות לפזה גזית, או להיפך?	סעיף 7.11
Backflush	האם הכוונה ל- Backflush (במקום backslash הרשום)?	סעיף 7.14
כל עוד הרכיבים מזוהים על ידי המכשיר הדרישה ממולאת. לא משנה היכן הברקוד ממוקם.	איפה צריך להיות הברקוד?	סעיף 7.20
ניתן לזהות על ידי התוכנה את הרכיבים השונים באופן פרטני ולבדוק במה כרוך להחליפם ולתקנם (מק"ט וכיו"ב).	למה הכוונה בתוכנה לזיהוי חלקים במערכת?	סעיף 7.21
הכוונה הינה העברת השיטות מהמכשיר הנרכש במסגרת מכרז זה למכשיר אחר או דגמים שונים של אותה חברה, אשר יחליפו/יתווספו בעת הצורך את/ל המכשיר נשוא המכרז.	Method Translator - לאיזה מכשיר גז כרומטוגרף אחר? נא לציין לאיזה גז כרומטוגרף.	סעיף 7.24