

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
אקו - ס - א"א

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

	שם הספק:
	מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)
520036195 - 1773	
	ספק זה הינו:
	אומדן / שווי ההתקשרות:
	תקופת ההתקשרות

ספק יחיד ספק חוץ _____

254109 * 261 +

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף).

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).**
2. **ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).**
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:**

ספק	חובה	צבא	רע	אם	נסג

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה
ר' = יורם נסג	נציג צבא	רמ"ן



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

27 באוקטובר 2013
מספרנו: יש/2013-0445
תיק: 1125-2, 3017

לכבוד
מר ברונו לביא
כ.א.ן

נכבדי,

הנדון: קרדיולוגיית ילדים/חדרי ניתוח לב ילדים -
חוו"ד לרכישת אקו תלת-מימד

א. דוא"ל שלך מיום 20.10.13
ב. דוא"ל דר' משאלי מיום 20.10.13

בשימוש חדר ניתוח לב ילדים מכשיר אקו דגם IE-33 תוצרת PHILIPS, מס' סדי' BOG8QZ, אשר נקלט ביום 27.9.2012 (עם מתמרי X5-1, X7-2T, X7-3T).

בהתאם לסימוכין א' הוחלט על רכישת מכשיר עבור ח.ג. לב ילדים מס' 2, כאשר בסימוכין ב' ניתן פירוט למתמרים הנדרשים.

מדובר, איפוא, ברכישת דגם IE-33 הכולל:

- חבילת תוכנה למדידות קרדיולוגיות התואמות לשימוש כירורגי ולשימוש פנימי (במרפאה), בסביבה דו-מימדית ותלת-מימדית (אקו למבוגרים, לילדים ואפליקציות כלי דם).
- חבילת תוכנות לכימותים קרדיולוגיים בסביבה דו-מימדית ותלת-מימדית לשימוש פנימי בלבד (במרפאה).
- קישוריות ל-DICOM.
- מתמר בית חזה (TTE) בטכנולוגיית X-MATRIX בסביבה דו-מימדית ותלת-מימדית דגם X5-1 לילדים גדולים, בעבודה במנחים אורטוגונליים, תוך אפשרות לשינוי הזווית בין המנחים הלטרליים והגובה ורוטציות שונות מבלי להזיז את המכשיר.
- מתמר זה חדיש ומהווה שילוב של מתמר Transtoracic דו-מימדי (דגם S5-1) עם מתמר Transtoracic בטכנולוגיית X-MATRIX (דגם X3-1).
- המתמר אינו חודרני ומבצע את כל שמבצע מתמר TEE תלת-מימד בטכנולוגיית X-MATRIX.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

- מתמרי TEE בטכנולוגיית X-MATRIX בסביבה דו-מימדית ותלת-מימדית כדלקמן:
 - דגם S7-3T לילדים קטנים (דו-מימדי)
 - דגם S8-3T לתינוקות קטנים.
 - דגם X7-2T לילדים לילדים גדולים ולמבוגרים (תלת מימד).

- מדפסת ש/ל תוצרת SONY דגם UP-870MD או תוצרת יצרן חלופי בהתאם להחלטת חב' פיליפס על פי הקיים במלאי החברה (יתכן מחב' מיצ'ובישי).

מאחר ולמיטב ידיעתנו אין לדגם iE-33 בתוצרתו מתחרה בעולם, ומאחר וקיימת חשיבות רבה מהיבט אחידות המיכשור לשמור על הקיים, על מנת לאפשר שימוש אחיד במגוון המתמרים הנדרשים לתחום אוכלוסיה שנע מתינוק דרך ילד קטן, ילד גדול ומבוגר (גילאים 16-18 - עדיין מוגדרים כילדים), הרי שניתן לראות בחב' פיליפס ונציגותה בארץ, חב' מדטכניקה, ספק בלעדי לרכישה זו ולממשה בהתאם לקריטריון של ציוד רפואי ייחודי על פי תקנות המיכרזים.

מומלץ, איפוא, לממש הצעת מחיר חב' מדטכניקה, מס' A1309775, מיום 23.10.13.

הבהרה

ההזמנה תכלול ספרות הפעלה ושרות ותקופת אחריות של לפחות 24 חודשים.

מומלץ לסכם עלויות המתמרים לרכישות עתידיות.

במרפאה הקרדיולוגית קיימים בשימוש שני מכשירי אקו דגם iE-33:

שני מכשירי אקו דגם iE-33:

- מכשיר בעל מס' יצרן 02XKBF - נקלט ביום 21.9.2008

- מכשיר בעל מס' יצרן 03B8RG - נקלט ביום 28.6.2010

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעת מחיר

העתקים : פרופ' א. שמיס
ד"ר ד. משאלי