

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל 3
 קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
ה'ש 3 לרשום ארבעים ואלף שקל, 23	
פ' 8' 100	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר: כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אספקים
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה):	520036195 - 1473
ספק זה הינו:	✓ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שוי ההתקשרות:	" 19461 \$ + 10000 "
תקופת ההתקשרות:	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

24 באוקטובר 2013
מספרנו: יש/2013-0443
תיק: 1125-3, 5002

לכבוד
מר לביא ברונר
פרופי א. שמיס
כאן

נכבדי,

הנדון: פנימית ב' – תוספת מתמרים למכשיר אקו תוצרת PHILIPS

א. מכתבי יש/2013-0133 מיום 14.4.13
ב. דוא"ל פרופי שמיס מיום 21.10.13

1. בהתאם לסימוכין א' נרכשה כמות של 3 מכשירי אקו לבדיקות בצמוד למיטת החולה עבור התארים הבאים:

- פנימית ב' (דרי צור)

- מכון הלב/יחי לקרדיולוגיה לא פולשנית (פרופי פיינברג)

- ט.נ. ניתוחי לב (פרופי רענני)

המכשיר עבור פנימית ב' כלל מתמר TTE בלבד על דעת דרי צור ופרופי פיינברג.
המכשיר עבור מכון הלב וניתוחי לב כלל מתמר TTE ו-TEE.

2. המיכשור מדגם SPARQ תוצרת פיליפס סופק לביה"ח ע"י חבי מדטכניקה בתוספת 2 מתמרים מעבר לנדרש (לכל מכשיר), שכללו מתמר סקטור דגם C6-2 ומתמר לינארי דגם L12-4.
היה ברור שמתמרים אלה לא נדרשו ולפיכך לא הוזמנו.
מדוע נשלחו לביה"ח עד עתה תשובה לא התקבלה.

המתמרים לא נשלחו למחלקות עם המיכשור שנקלט בביה"ח ואולם בהתערבות מח' הרכש בשיתוף הגורמים בכל אתר למגינת ליבי, מישהו "נבהל" ושלה המתמרים לכל אחד משלושת האתרים.

3. חבי מדטכניקה מנהלת מזה שבועות רבים פעילות להחזרת המתמרים (שלא הוזמנו) חזרה אליה.
ברור שייעוד המתמרים אינו בדיקות אקו אלא אפליקציות אחרות שכלל לא נדרשו במקור.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

ביום 21.10.13 הבהיר דר' צור כי הוא מבקש לנצל את המתמרים הללו לבדיקות
אבדומינליות ולבדיקות וסקולריות שיבוצעו ע"י דר' היימן וצוותה.

רצ"ב הצעת חב' מדטכניקה מס' A1309770 לרכישת המתמרים:

- סקטור (פריט 1 בהצעה) לבדיקות אבדומינליות.

- לינארי (פריט 2 בהצעה) לבדיקות וסקולריות.

להדגיש כי עבור מכשיר מתוצרת פיליפס מחוייב לרכוש המתמרים מתוצרת יצרן זה.

המתמרים המוצעים הינם מתוצרת פיליפס עבור דגם SPARQ מתוצרת פיליפס.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש
בפועל.

בברכה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתק: דר' בועז צור