

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

קרן מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה ___ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
א. כ.ל. - ד.ל. - ח'א.ב.	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	1990 - 510512841
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	977,000 \$
תקופת ההתקשרות:	12/7

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך. ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:**

ספק	חוץ	יחיד	אחר	אחר

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד - ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם בעל הסמכות המקצועית	אנה הגת' עקרון	חתימה
תפקיד בעל הסמכות המקצועית		



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

28 באוקטובר 2013
מספרנו: יש/ 0450-2013
תיק: 1111-9, 3017

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: חדר ניתוח לב ילדים – חוו"ד לרכישת מערכת מכונת לב-ריאה

דוא"ל שלך מיום 20.10.13

1. בהמשך לבקשתך שבסימוכין נדרש לרכוש המכשיר שבנדון.
2. להלן הדרישות:
 - א. מכונת לב-ריאה אשר תכלול את הפריטים הבאים:
 - (1) קונוול נייד המאפשר התקנה של 5 ראשי משאבות.
 - (2) 4 ראשי משאבה סטנדרטיים.
 - (3) משאבה אחת בעלת שני ראשים.
 - (4) מנורה.
 - (5) מודול לחצים (לפחות שני ערוצי לחץ עם אתרעות).
 - (6) טיימר דיגיטלי בעל 3 ערוצים.
 - (7) מוניטור טמפ' בעל 4 ערוצים.
 - (8) גלאי רמת נוזל במחמצן (אולטראסוני).
 - (9) גלאי בועות אויר לצינורות בגדלים: "3/8", "1/4" ו-"1/2" (אולטראסוני).
 - (10) מערכת בקרה ושליטה בקרדיולוגיה (כולל ערוץ לחץ).
 - (11) בלנדר.
 - (12) חוסם ורידי.
 - (13) כסא מפעיל.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

ה ע ר ו ת

- א. המכונה תכלול את כל הצגים, התוכנות ומערכות הבקרה והשליטה הנגזרים מהמבנה הנ"ל.
 - ב. המכונה תכלול את כל האביזרים הנדרשים לצורך אינטגרציה של המרכיבים הנ"ל.
 - ג. נדרש מכשיר חימום/קירור המאפשר חימום וקירור של מים ללא תלות בטמפי של המים המסופקים, בכמות 1 יח'.
 3. בשני חדרג: ניתוח לב ילדים. מצוי דגם S3. תוצרת חב' STOCKERT. (מכשיר בכל-חדר) והנדרש עתה הינו גיבוי לשני חדרים אלה ולכן הנדרש חינב להיות מתוצרת יצרן זה; על כל המשתמע מכך, עקב אחידות בצנרת ובאופן ההפעלה (רצ"ב התייחסות דר' משאלי המאשר זאת). להדגיש כי קיים היבט בטיחותי בקיום הפעלה זהה בכל המיכשור למניעת טעויות אנוש בהפעלה – היבט משמעותי במיכשור תומך חיים זה.
- הערה: בחדר ניתוח מרכזי מצוי דגם S-5. יש לשקול הכנסת המכשיר החדש לחדר ניתוח כללי ולהעביר דגם S3 לגיבוי לניתוחי ילדים.
4. לאור האמור לעיל ניתן לראות בחב' STOCKERT ובנציגתה חב' בפקס ספק יחיד ולממש הרכישה בהתאם לקריטריון של ציוד רפואי ייחודי על כל המשתמע מכך.
 5. מומלץ לממש הצעת מחיר מס' Q132703, מיום 28/10/13, לכל סעיפיה והכמויות שבה.
- יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר על כל מכלליו שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בפועל.

ב ב ר כ ה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת + הצעת מחיר

העתקים: ד"ר ד. משאלי
פרופ' א. רענני