

אל: ועדת המכרזים

הגדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) |
| המעבדה לניטור מים מבצעת ניטור של מקורות המים לקביעת המצאות וריכוז אניונים ראשיים במים, פרכלוראט, פוספאט, ברומיד ופלוואריד עפ"י שיטת EPA 314. EPA 300. במכשיר יון כרומטוגרף. |
| לאחרונה עלה הצורך בבדיקת כלוראט בריכוזים קטנים של מקג"ל בודדים, עקב זיהום המים. |

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| שם הספק: | מנבר טכנולוגיה בע"מ |
| מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה) | ע.מ: 511744161 |
| ספק זה הנו: | <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ |
| אומדן / שווי ההתקשרות: | 28,500 ש.ח. |
| תקופת ההתקשרות: | 1.11.2013-1.11.2014 |

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| המעבדה לניטור מים מבצעת בדיקות אניונים במים במכשיר יון כרומטוגרף של חברת DIONEX עפ"י |
| שיטות EPA 314; EPA 300.1 המוסמכות ע"י הרשות להסמכת מעבדות. המכשיר משמש לבדיקת |
| פרכלוראט, אניונים ראשיים, ברומיד, פלואוריד, פוסאפט וברומאט במים. |
| לאחרונה עלה הצורך בבדיקת כלוראט במים בריכוזים של מקג"ל בודדים, בעקבות זיהום במי תהום. |
| לצורך כך יש לרכוש קולונה ייחודית המתאימה לבדיקת כלוראט במים, וכך מערכת תומכת להגעה לריכוזים |
| הנמוכים של לוכד יונים וריאגנטים. |
| |
| חברת מנבר טכנולוגיה בע"מ הינה הספק הבלעדי של חברות DIONEX בישראל. |
| |
| |
| |

לאור הנימוקים שמנתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

| | | |
|--|--------------|--------------------|
| | | |
| | כימאית ראשית | ד"ר. אירנה פנקרטוב |