

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250 טל': 03-9683774 פקס: 03-9683795

תאריך: 28/11/2013

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מתוקן מס': 28/2013

נושא: אספקת, התקנת ותחזוקת עגלות כלובי IVC לבית החיות לעכברים
עבור המכון לחקר בעלי חיים ברחובות
במינהל המחקר החקלאי

מועד אחרון להגשה: **03/12/2013** (עד השעה 12:00)

* הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <http://www.mr.gov.il/purchasing>
 ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/923.aspx>

תשובה	פירוט השאלה	הסעיף המופיע במכרז
במכרז זה הוחלט על יד וועדת מכרזים במסגרת שיקול הדעת הנתונה לה כי הבחירה תהיה על סמך עלות בלבד. באם היה נקבע אחרת הדבר היה מצויין מפורשות במסמכי המכרז שינוי מפרט המכרז בוצע לאחר בדיקה מקצועית	הספק ממליץ כי עורך המכרז יעניק ליתרונות איכותיים משקל של 30% לפחות, אשר יאפשר לעורך המכרז לרכוש ציוד מתאים יותר לצרכיו הכוללים, ולא רק לדרישות המינימום ההכרחיות.	כללי
אין רכיב איכות במכרז זה ולכן אין "ניקוד" המלצות	הספק מצוין כי חשוב שבשקלול הציון הסופי יוכנסו גם שיקולי יכולת מתן שירות על בסיס ניקוד המלצות ממשתמשים רבים ככל האפשר, ולא רק על בסיס קיום יכולת שירות כלשהי.	כללי
אכן כך דרשנו.	נדרשת הצהרה כי העגלה המוצעת הינה מהדגם החדיש ביותר המיוצר על ידי היצרן ועומדת בדרישות הסף – נא אשרו.	ג.ה
אין יתרון. אין רכיבי איכות. ראה תשובתנו למעלה.	במכרז דרשתם תקופת אחריות בת שנתיים. האם יש יתרון במכרז לתקופת אחריות ארוכה יותר? אם כן – בכמה נקודות יזכה יתרון זה?	ה.6
אין יתרון. אין רכיבי איכות. ראה תשובתנו למעלה.	לא נדרש בקבוק חיצוני. אך האם יש בכך יתרון במכרז? אם כן – בכמה נקודות יזכה יתרון זה?	א.7
אין יתרון. אין רכיבי איכות. ראה תשובתנו למעלה.	לא נדרשת אפשרותך עבודה בלחץ חיובי או שלילי בכלובים. אך האם יש בכך יתרון במכרז? אם כן – בכמה נקודות יזכה יתרון זה?	א.7
אין יתרון. אין רכיבי איכות. ראה תשובתנו למעלה.	לא נדרש אטם כלשהו מסביב לשפת הכלוב ומכסה הפילטר. אך האם יש בכך יתרון במכרז? אם כן – בכמה נקודות יזכה יתרון זה?	א.7

<p>דומה לזה של הכלובים הקטנים. 2. שטח רצפה של 800 סמ"ר עומד כמובן בתנאי הסף.</p>	<p>סמ"ר כדי לאפשר לנו להציע את הדגם החדש ביותר. אם הכלובים צריכים להתאים לחולדות – יש לציין שהצעצוע בהם צריך להיות צעצוע המתאים לחולדות</p>	
<p>במקרה של כלוב עם מכסה רשת, אין דרישה ל"צעצוע". במקרה של כלוב בעל מכסה פלסטיק הדרישה היא לצעצוע רב פעמי, עמיד באוטוקלב מאחד הסוגים המשמשים עכברים.</p>	<p>אנא הגדירו את תכונות הצעצוע הנדרש (כגון: חד פעמי או רב פעמי? עמיד באוטוקלאב? מאיזה חומר? מידות וכדומה)</p>	<p>א.7</p>
<p>המיגבלה קיימת בהתאם לגובה הדלת. (אשר אין לפרק אותה). גובהה נמדד בעת סיור המציעים.</p>	<p>אין עתה הגבלת גובה לעגלות בחדר, וזאת על אף שראינו בחדר שבמקומות שונים צנרת האוויר מגבילה מאוד את הגובה, ולא תאפשר הצבת עגלות גבוהות בכל מקום בחדר. אנו מבקשים להבהיר האם יש מגבלת גובה, או אין, ומהי.</p>	<p>ב.7</p>
<p>לא נקבעה דרישת סף לעניין זה. הדרישה היא למערכת אספקת אויר המאפשרת, דרך מערכת פילטרים אספקה ופליטה של אויר.</p>	<p>לא מוגדרות תכונותיה הנדרשות של יחידת הספקת האוויר: <u>מה רמת הפילטרציה הנדרשת?</u> <u>האם נדרשת פילטרציה של האוויר הנכנס לכלובים? האם נדרשת פילטרציה של האוויר היוצא מהכלובים?</u> ללא פילטרציה של האוויר היוצא מהכלובים חשיפת העובדים לזיהומים אפשריים ולארגנים תהיה גבוהה ביותר, וכן לא ניתן יהיה לעשות שימוש במתקן לצורך החזקת חיות פתוגניות.</p>	<p>ג.7</p>
<p>אין יתרון אין רכיבי איכות. ראה תשובתנו למעלה.</p>	<p>לא נדרשת יחידת הספקת אויר אחת למספר עגלות כלובים, על פי דעת הספק הדבר יהווה יתרון אשר יאפשר השלמה עתידית של תכולת החדר בעגלות IVC בעלויות נמוכות בהרבה. <u>האם עלות עתידית נמוכה נחשבת בעיניכם כיתרון? אם כן – בכמה נקודות יזכה יתרון זה?</u></p>	<p>ג.7</p>
<p>אין יתרון. אין רכיבי איכות. ראה תשובתנו למעלה. נושא הרעש נבחן על ידי עורך המכרז ושונה לאחר בדיקתו.</p>	<p>לא נדרשת יחידת הספקת אויר נפרדת אשר לדבריכם "מונעת רעש ורעד לחיות הגורמים לסטרס ומזיקים למחקר". <u>האם יש בכך יתרון במכרז? אם כן – בכמה נקודות יזכה יתרון זה?</u></p>	<p>ג.7</p>
<p>אין יתרון. אין רכיבי איכות. ראה תשובתנו למעלה.</p>	<p>לא נדרשת בקרה או תצוגה כלשהי של לחץ, טמפרטורה ולחות בכלובים. כמו כן לא נדרשות התראות על בסיס נתונים אלו. <u>האם יש בכך יתרון במכרז? אם כן – בכמה נקודות יזכה יתרון זה?</u></p>	<p>ג.7</p>
<p>50 כלובים הינו המספר המינימלי לצורך ביצוע הניסויים.</p>	<p>מספר הכלובים הקטנים בעגלה ירד מ-60 ל-50. נבקש לשנות את הסף ל-48 כלובים בעגלה אשר יאפשר לנו להציע עגלות קומפקטיות יותר שעדיין יאפשרו החזקת 15% יותר עכברים מאשר במערכת האמריקאית המתחרה: 48 כלובי 520 סמ"ר – 6 עכברים בכלוב, 288 עכברים בעגלה. לעומת: 50 כלובי 500 סמ"ר – 5 עכברים בכלוב, 250 עכברים בעגלה.</p>	<p>ד.7</p>
<p>אין יתרון. אין רכיבי איכות. ראה תשובתנו למעלה.</p>	<p>מספר הכלובים הגדולים בעגלה ירד מ-28 ל-24. <u>האם יש יתרון בהצעת עגלת 28 כלובים? אם כן – בכמה נקודות יזכה יתרון זה?</u></p>	<p>ד.7</p>
<p>עלות סך כל ההצעה.</p>	<p><u>האם המחיר יחושב לפי העלות לכלוב או העלות סך הכל להצעה?</u></p>	<p>ד.7</p>
<p>מאשרים ובתנאי כי העגלה לכלובים הקטנים לא תכיל יותר ממספר כולל של 80 כלובים ועגלה לכלובים גדולים לא תכיל יותר מספר כולל של 48 כלובים. שעה שאין בכוונתנו למלא את כל העגלות בכלובים וזאת מטעמי חיסכון.</p>	<p>היה והמחיר יחושב לפי עלות כוללת ולא לפי המחיר לכלוב, והיה ונציע עגלות המתאימות למספר גבוה יותר של כלובים, נציע אותן מאובזרות במספר הכלובים המינימאלי המותר, וכך נחשב גם את כמות הכלובים הרזרביים הנדרשת. התוצאה תהיה שתקבלו את מספר הכלובים המינימאלי שביקשתם, אך עם עתודות מקום בעגלות למילוי עתידי. אנא אשרו.</p>	<p>ד.7</p>
<p>מאשרים.</p>	<p>נדרשת כמות סטים חלופיים נמוכה יותר: בעבר ביקשתם 45% ועתה אתם מבקשים 40%. אנא אשרו.</p>	<p>ד.7</p>
<p>מאשרים</p>	<p>לא נדרשים חוצצים – אנא אשרו</p>	<p>ד.7</p>

בטופס ההצעה המסכם שמנו לב כי לא נדרשו כל אישורי איכות (FDA/CE) האם אכן אין דרישת סף לאיכות המערכת? האם יש יתרון במכרז בהגשת אישור מתאים? אם כן – בכמה נקודות יזכה יתרון זה.

. למיטב ידיעתנו לסוגי העגלות השונים קיימים אישורי סף איכות האמורים . מכל מקום, אין יתרון בהגשת האישור עצמו.