



מדינת ישראל
 משרד ההקלאות ופיתוח הצפר
ועדת המכרזים המרכזית


הנדון: פטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) התקשרות עם "רניוס" – קבלת תיקון למכשיר המצוי במעבדה לוירולוגיה - שו"ט. החלטת וועדה מיום 24/11/2013 מס' מחלקת מכרזים:


פרוטוקול


1. בפני הוועדה בקשת היחידה לאשר לה התקשרות עם חברת "רניוס" זאת לצורך קבלת השירות שבנדון.
2. המכשיר הנ"ל מצוי ברשות המעבדה לוירולוגיה בשו"ט, ולאחרונה חל בו קלקול באופן המונע את האפשרות להשתמש בו. כמו כן חל צורך לבצע במכשיר טיפול שנתי לצורך כיוולו לעבודה תקינה.
3. לפרוטוקול מצ"ב מסמכי הנמקה מאת היחידה חתומים ע"י ד"ר שתנה בלום, להיות "רניוס", ספק יחיד בנסיבות העניין.
4. כמו כן מצ"ב אישור החברה היצרנית Life, להיות "רניוס" משווק מורשה מטעמם בישראל ומוסמך לטיפול במכשירי החברה. להצהרת היחידה אין למיטב ידיעתה ספקי שירות נוספים בישראל.
5. לאור האמור והמפורט במסמכים, מאשרת הוועדה את מתן הפטור על בסיס תנאי תקנה 3 (29) כאמור בכפוף לחובת פרסום.
6. סה"כ היקף ההתקשרות הנו 13,833 ₪ כולל מע"מ. המחיר הנ"ל הנו על יסוד הצעת מחיר של החברה לתיקון התקלה + טיפול שנתי מיום 30/10/2013 המצ"ב.
7. ההתקשרות מותנית בכך כי לא תתקבלנה השגות.
8. ההתקשרות כפופה להוצאת הזמנת עבודה חתומה ע"י מורשי החתימה של המשרד ותעשה מיום החתימה על הזמנת עבודה ועד ליום 31/12/2014.
9. תוקף הפטור הנו מיום קבלת החלטה זו ועד ליום 31/12/2014


 נציג היחידה
 אורליט שאוליאן
 חשבת המשרד


 נציג היועץ המשפטי
 עמ'ד בידרמן אורי


 יו"ר הוועדה
 אוהד דגמי


 ינאן שאוליאן


 נאוי דגמי

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
המכון הווטרינרי ע"ש קמרון, בית דגן

תאריך: י' כסלו, תשע"ד
13 נובמבר, 2013

אל: וועדת המכרזים _____

... מכרז פומבי.

... מכרז סגור.

... פטור ממכרז

... מימוש אופציית הארכה שנה _____ מתוך _____

מס' ההסכם / המכרז ממקורי _____
הערה: למימוש אופציית הארכה, יש לצרף טופס "הארכת הסכם".

... תוספת התקשרות עד / מעל 50% להסכם מספר: _____

תאריך הבקשה: 13.11.13		הנושא: פטור ממכרז לחב' "רניום" עבור תיקון מכשיר PCR במעבדה לבקטריוולוגיה			
מס' פקס': 03-9605292	מס' טלפון: 03-9681699	היחידה: שוי"ט	תפקיד: מנהלת ענף (מכרזים)	שם מגיש הבקשה: דניז רוטמן	
סה"כ מחיר משוער	מחיר משוער ליחידה	כמות	יח' מידה	תאור פרטי הדרישה	מס' סד'
13,833 ₪				פטור ממכרז לחב' "רניום" עבור תיקון מכשיר PCR במעבדה לבקטריוולוגיה	1.
				דר' שלמה בלום	
				סה"כ מחיר משוער ללא מע"מ:	
13,833 ₪				סה"כ מחיר משוער כולל מע"מ:	

מסמכים נלווים:

מס' סד'	מפרטים, שרטוטים וכו'	תקופת ההתקשרות
		אופציה להארכה: יש / אין
		מפגש מציעים: יש / אין

הערות:


מס' שריון תקציבי	סכום	מס' סעיף תקציבי
100026390	13,833 ₪	33010202
		330020666

שרית קורן

מנהלת תחום כספים וחשבונה

אישור החשב' השירותים הווטרינריים

אישור החשב' הכללי/דניז

תאריך: 17.11.13 חתימה/חותמת: 

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

ש"ט	משרד החקלאות
מכון וטרינרי	יחידה מזמינה/מכון:
13.11.13	תאריך חוות דעת:
	בקשה מס' (פנימי):

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה **◆ 3(29) / 3(31)** לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	חב' רניום
מספר הספק (ח.פ./ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	511642449
ספק זה הנו:	<input type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	13,833 ₪ כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	עד 31/12/14

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

תיקון מכשיר PCR תוצרת Applied Biosystems - life technology

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.


נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
 2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
 3. נימוקים והערות נוספות
- קיימת תקלה במכשיר real time PCR במעבדה לבקטריולוגיה. לאחר בדיקה ע"י טכנאי, נמצא כי יש צורך להחלפת חלק וכן צורך בטיפול שנתי במכשיר על מנת לכיילו לעבודה. חברת רניום הינה הספקית למכשירים מדגם זה, חלקים ותיקונים בארץ.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	רפא וטרנר, בקטריולוגיה	ד"ר שלמה בלום
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית