

שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות מספר הוראה: 7.2.6
פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן מספר טופס: ט.7.2.6.2

משרד/יחידה/החקלאות		יחידה מזמינה / (כזה)	
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'		294113	
תאריך:		6/11/13	
7 בפעם הראשונה וזכה מתמדי 6/11/13			

רשם | אורלי גבאי

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:


- מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה 3 (29) תקנת משנה _____
- מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה _____ תקנת משנה _____ בכפוף לתנאים הבאים:

כמה מבטיח Bioanalyser 2200 - התקשית עם הקרי
מסגרת ח"י לקני הזה

לא מאשרת את ההתקשרות מנימוקים הבאים:

הערות נוספות

שם	מנכ"ל המשרד	יועץ משפטי	חשב
רמי כהן	ערן אטינגר	אורלי שאוליאן	
חתימה			



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות מספר הוראה: 7.8.2
 פרק משני: פטור ממכרז מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	חקלאות
יחידה מזמינה:	הגה"ץ
תאריך:	03/11/2013

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
 רכישת מכשיר Tape Station Nucleic Acid Bioanalyzer 2200 לאנליזה על ידי הפרדה של חומצות גרעין ברזולוציה רגישות ומהירות מירביים

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא
 סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	מעבדות חי
מספר הספק (פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)	510698822
ספק זה הנו:	<input type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	156,250
תקופת ההתקשרות:	נובמבר 2013 ועד - מאי 3014

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר עדנה לוי	מנהלת תחום אבחון (גזמ)	אמנואל ווי
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

מכשיר ה- Tape Station Nucleic Acid Bioanalyzer 2200 מק"ט IM-G2965AA בהצעת המחיר PQ13013313 של היצרן Agilent והספק היחיד בארץ הם מעבדות חי בע"מ. מכשיר זה מיועד למכירה בלבד למעבדות שירות אבחון.

תיאור המכשיר: המכשיר מיועד לאנליזה על ידי הפרדה של חומצות גרעין ברזולוציה, רגישות ומהירות מירביים. השימוש בו יאפשר גילוי חומצות גרעין של פתוגנים צמחיים בשיטות הנהוגות במעבדה ויביא לשדרוג יכולות הגילוי ליישומים של העידן ה-21.

מטרות ושימושים למכשיר:

1. יחליף את מערכות הג'לים להרצת DNA, RNA ללא צורך בשימוש בחמר הצביעה אתידיום ברומיד (שהינו חומר מסרטן).
 2. המכשיר מאפשר בדיקת איכות ה-RNA וה-DNA לפני משלוח לריצוף בשיטות חדשות NGS. לציין כאן ששיטות הריצוף החדשות המשמשות לאנליזה של גנומים שלמים של פתוגנים ללא צורך בשיבוט מקדים מחייבות בדיקה מקדימה במכשיר זה לפני משלוח החומר לריצוף. עלות הבדיקה אצל ספק חיצוני כ- \$500 לעומת \$7 עלות החומרים בהפעלת המכשיר אצלנו.
 3. הרזולוציה של הפרדה גבוהה מאוד ומדויקת ביותר יחד עם רגישות גבוהה ביותר עד פיקוגרמים של תוצרים.
 4. השימוש בכרטיסים סגורים מונע זיהומים בין דוגמאות (carry-over contaminations) וסביבת העבודה שזו בפני עצמה מהווה שיפור גדול בשמירת סביבה נקייה מחומצות גרעין העלולות לזהם את מערך הבדיקות שלנו.
 5. כמות ההטענה היא עשירית מהמקובל בשיטות הישנות הנהוגות במעבדה דבר המאפשר ניצול התוצרים לשימושים אחרים כגון שליחה לריצוף, שיבוט וכד'.
 6. התוצאה של האנליזה מתקבלת תוך דקה.
 7. המכשיר יהיה בשימוש יומיומי והא יחליף את הפרוצדורה של הכנת הג'ל הפרדתו והצורך בחשיפה לאתדיום ברומיד.
 8. חשוב להדגיש שהתוצאה המתקבלת איננה תלויה בעין של העובד אלא בקורא תוצאות ע"י המכשיר דבר המשפר מאוד את דיוק הבדיקות שלנו כמתחייב מדרישות ה-ISO.
 9. רכישת המכשיר תשדרג את המעבדה שלנו ליישומים של עידן ה-21.
- אין בישראל מכשיר שעומד בדרישות שלנו והמפורטות לעיל וחברת מעבדות חי היא היחידה שמשווקת את המכשיר בישראל.

זאת אני יודעת מנסיוני ומבדיקות שאני עושה מעת לעת

אשר

2741113

Funds Reservation 100026069

General Data			
030	Document type	Y1	Document type
31.10.2013	Document date	3300	Company code
	31.10.2013 Posting date	3300	FM area
ILS/ 1.00000	Currency	ILGV	Controlling area
Statistics			
31.10.2013	Created on	016922320	Entered by
	Last changed		Last changed by
More Data			
	הגהצ-פטור ממכרז-מכשיר- מעבודות חי בע"מ		Text Reference
	ILS	156,251.00	Overall Amount

Document item 001			
	הגהצ-פטור ממכרז-מכשיר- מעבודות חי בע"מ		Text
330030666	Funds center	33-01-02-02	Commitment item
	G/L account		Fund
31.12.2013	Due on		Cost center
	Customer		Vendor
	ILS	156,251.00	Amount

050-6241769

אשר
 2" קמ"ק
 ע"פ פנייה מ"ק