

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
	רפ"ס' יוס"ה

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר: כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	ר"ה
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)	510658404 - 1399
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	" 19675 \$ 447
תקופת ההתקשרות	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

5 בדצמבר 2013
מספרנו: יש/2013-0496
תיק: 1120-8B, 3017

לכבוד
מר ברונו לבניא
כאן
נכבדי,

הנדון: היח' לט.ג. לב ילדים – פריטי ניטור
דוא"ל דר' ורדי מיום 21.11.13

1. ביחידה לטיפול נמרץ לב ילדים מערכת ניטור המבוססת על טכנולוגיית חבי
SPACELABS. ביחידה כמות של 22 מוניטורים מסוג Bedside דגם SL-2700 ו-7 מודולים ETCO2
מק"ט יצרן 91517-1.

2. בבדיקתנו הוברר כי נדרשת תוספת כדלקמן, עקב עלייה תפעולית:

2 מוניטורים דגם SL-2700.

3 מודולים ETCO2 מק"ט יצרן 91517-1.

3. מאחר ומדובר בתוספת למערכת ניטור מודולרית מרכזית מתוצרת SPACELABS
הקיימת ביחידה, חובה לממש ההרחבה הנ"ל אך ורק מיצרן המערכת, באמצעות
הנציגות המקומית חבי דובר, באמצעות הצעות המחיר הרצי"ב, כאשר פריט 1 בהצעה
ימומש בכמות 3 יח', פריטים 2 עד 8 בכמות 2 יח' מכל פריט ופריט 14 בכמות 5 יח'.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים לפחות לכל פריטי המיכשור מיום קליטתם
ביחידה.

בברכה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+סימוכין

העתק: דר' אמיר ורדי