



מכרז פומבי 6/2013 – לרכישת מכשיר דיפרקציה של קרני-X (XRD) לזיהוי המרכיבים באבקות

מוצקים וכימונים

מינהל המחקר למדעי האדמה והים, המכון הגיאולוגי (להלן: "המכון"), מפרסם בזאת מכרז פומבי עבור רכישת מכשיר דיפרקציה של קרני-X (XRD) לזיהוי המרכיבים באבקות מוצקים וכימונים (להלן: "המכרז") במשרדיו ברחוב מלכי ישראל 30 ירושלים, והכול כמפורט במסמכי המכרז ובמפרט הטכני המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז.

1. תנאי סף מנהליים

- 1.1 על המציע להיות רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו.
- 1.2 על המציע להיות בעל אישור בתוקף מפקיד שומה מורשה, מרואה חשבון או מיועץ מס, המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.
- 1.3 על המציע להצהיר בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987.
- 1.4 אישור העדר הערת "עסק חיי".
- 1.5 עבור השתתפות במכרז ישלם המציע סך של 500 ₪ עבור הפקת מסמכי המכרז.
- 1.6 המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית, לא צמודה, ע"ס 20,000 ₪ כפי שמפורט במסמכי המכרז (סעיף 5.2.6). תוקף הערבות יהיה עד לתאריך 24.3.2014.
- המציע יאריך את תוקף הערבות לקיום תנאי המכרז לבקשת המכון, עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה.
- מובהר ומודגש כי הצעה שלא צורפה אליה ערבות כאמור או שצורפה אליה ערבות שאינה תואמת את תנאי המכרז תפסל על הסף ולא תידון כלל.
- 1.7 במידה והמציע מדווח על בסיס מזומן, על המציע לצרף הצהרה על בסיס מזומן לצורך מע"מ.

2. תנאי סף מקצועיים

- 2.1 למציע ניסיון קודם במכירה, הדרכה, התקנה ושירות טכני ואנליטי בארץ עבור שלושה מכשירי XRD זהים או דומים המבצעים powder X-ray diffraction, נכון למועד האחרון להגשת הצעות.
- 2.2 המציע מפעיל בארץ מערך שירות של אנשי מקצוע מוסמכים מטעם יצרן המכשיר לבצע טיפול, תחזוקה ותמיכה טכנית, כאשר למערך השירות והתמיכה יש גיבוי מטעם יצרן המכשיר וכן תקשורת מולו בזמן אמת.
- 2.3 על המכשיר לכלול, בין היתר, את כלל הסעיפים המפורטים להלן:

2.3.1 Generator power output: 3 kW (minimum).

- 2.3.2 Generator stability: tolerance of 0.01% (minimum) at electric current fluctuation of $\pm 10\%$.
- 2.3.3 Goniometer reproducibility: at least $\pm 0.001\%$.
- 2.3.4 Step size: 0.001° or smaller.
- 2.3.5 Goniometer length: at least 240 mm.
- 2.3.6 Operational angular range: at least $0-120^\circ$.
- 2.3.7 Sample holder for oriented clay mounts scanning from 1° 2 theta

2.4 המציע הינו ספק/משווק מורשה מטעם יצרן המכשיר ומוסמך לתת שירות ותחזוקה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.

נוסחים מחייבים לעניין הוכחת תנאי הסף נמצאים במסמכי המכרז (סעיף 6).

כללי

3. תקופת ההסכם תהיה מיום חתימת המכרז על ההסכם ועד לתום תקופת האחריות כפי שקבוע בהסכם.

3.1. למכרז בלבד שמורה האופציה להאריך ולהרחיב את ההסכם למשך שנתיים נוספות, סך הכל ארבע שנים, וזאת על פי הודעה מראש ובכתב של המשרד. למותר לציין כי כל הארכה של ההסכם תגרור גם הארכה של תקופת האחריות.

4. את מסמכי המכרז ניתן לקבל ביחידת חוזים והתקשרויות במכון הגיאולוגי רח' מלכי ישראל 30. כמו כן ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המכון הגיאולוגי שכתובתו www.gsi.gov.il.

5. המכרז הינו מכרז עם בחינה דו שלבית.

6. ההצעה תוגש ב-2 עותקי מקור אליהם יצורפו כל המסמכים המפורטים בתנאי הסף ובמפרט. את החומר יש להכניס למעטפה סגורה שעליה יצוין מספר המכרז ותסומן כחוברת הצעה.

7. הצעת המחיר תוגש ב-2 עותקי מקור במעטפה סגורה נפרדת ותסומן כמעטפת הצעת מחיר.

8. את שתי המעטפות כאמור יש להכניס לתוך מעטפה אחת סגורה שעליה יצוינו מס' ושם המכרז. את המעטפה (המכילה את חוברת ההצעה והצעת המחיר) יש להכניס לתיבת המכרזים, הנמצאת במכון הגיאולוגי, רח' מלכי ישראל 30, ירושלים, בניין גיאוכימיה לא יאוחר מיום 25.12.2013 בשעה 12:00. אין לציין את שם המציע על המעטפה.

רק הצעות שיימצאו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות יתקבלו במסגרת המכרז. למעלה מהצורך יובהר כי הצעה שתתקבל במכרז אך לא תימצא בתיבת המכרזים עד המועד הנקוב - כמועד האחרון להגשת ההצעה, או הצעה שמועד הגשתה מאוחר מהמועד הנקוב, תיפסל ולא תיבדק כלל ולא תישמע כל טענה בסוגיה זו.

9. מובהר למציעים כי ועדת המכרזים רשאית לזמן לשימוע מציע אשר הצעתו נמוכה מהאומדן. כמו כן תהיה רשאית ועדת המכרזים לקיים מו"מ עם מציע אשר הצעתו תעלה על האומדן או לפסול הצעה נמוכה או גבוהה באופן בלתי סביר מהאומדן.

10. כל ההוצאות הכרוכות בהגשת ההצעה יחולו על המציע בלבד ובשום מקרה לא יהיה זכאי המציע להחזר או פיצוי כספי כלשהו הקשור להגשת ההצעה.

11. המכון שומר לעצמו הזכות לשנות תנאי המכרז בכל עת ואף לבטלו בתנאי שהדבר יפורסם באתר האינטרנט של המכון בכתובת www.gsi.gov.il.

12. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז יגבר האמור במסמכי המכרז.

13. המכון יקבל שאלות פונים באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת : peer@gsi.gov.il עד לתאריך המופיע בלוחות הזמנים לעריכת המכרז (סעיף 3). לאחר שליחת הדואר אלקטרוני ליעדו, באחריות המציע לוודא טלפונית כי הדואר אלקטרוני הגיע ונתקבל ביעדו, ניתן לוודא הגעת המייל בטלפון : 02-5314223. מציע שלא קיבל אישור טלפוני על קבלת שאלותיו לא יוכל לטעון שום טענה ביחס לקבלת השאלות או התשובות עליהן והאחריות לעצם הווידוא כולה על המציע.

בברכה,

ועדת המכרזים