







אישור פליסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מחלקה מומינתה:	מס' ועדה:	מס' אב
מחלקת הרקיעה:	עוד משקלים:	22196
ספק פוטנציאלי:		

הוועדה התכנסה בתאריך 14/11/19 ואישרה לפורסם את חוות הדעת של הגורם

המקצועי באתר האינטרנט לקבלת חשונות על פי תקנה 3 (29)

 עו"ד רוט פרג	 מנכ"ל אריאל	 יו"ר שחר	 תגימת המאשרים:
---	--	--	---

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל : 03-6973208
פקס : 03-6973440

29 באוקטובר 2013

סימוכין : 24-10

לכבוד
וועדת הרכישה
בא

אדוניים נכבדים,

הנדון: התלפת (רכישה) שפופרת מגנטרון עבור מאיץ מספר 3 ELECTA

במכון קרינה מותקנת מאיץ ELECTA מס"ד: 02633 של חברי ELECTA סוכן: חברי מדטכניקה
הכוללת מגנטרון בלתי נפרדת מהמערכת. ע"י אנשי שירות התברר שהשפופרת מגנטרון התקלקלה.
במקומה ממליץ לרכוש ולהתקין מגנטרון חדש. היות והמגנטרון חנו חלק אינטגרלי מהמערכת,
יש לראות בו השלמה למערכת הקיימת ובהי' מדטכניקה ספק יחיד למגנטרון מקורי זה.

בברכה,
שמרית מדינקאני
שמרית מדינקאני
מהנדס מכשור רפואי
ראש צוות מכשור רנטגן