

**המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	
יחידה מזמינה:	צנתורים
תאריך:	08/12/2013

מדינת ישראל  X  קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
CATHETER SINGLE USE+SENSOR---AC00050	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן   X  לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

X  טובין      \_\_\_\_\_ שירותים      \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	אמי טכנולוגיות
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)	1012
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד      _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	250000 ₪
תקופת ההתקשרות	



Amit Segev, MD, FESC  
Deputy Director, Heart Institute  
Director, Cardiac Catheterization Services  
The Chaim Sheba Medical Center  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
52621 Tel-Hashomer, Israel



FAX: +972-3-5303190 +972-3-5302683 :  
Emails: [amit.segev@sheba.health.gov.il](mailto:amit.segev@sheba.health.gov.il)  
[amitse@yahoo.com](mailto:amitse@yahoo.com)  
Mobile: +972-52-6667581

ד"ר עמית שגב  
ס.מנהל מכון הלב  
מנהל שרות הצנתורים  
המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
אוניברסיטת תל-אביב  
תל השומר 52621

8 דצמבר, 2013

לכבוד  
וועדת מכרזים – מרכז רפואי ע"ש שיבא

### הנדון: קטטר מסוג RENAL GUARD

צנתורים כליליים, בעיקר התערבותיים, הכרוכים בשימוש בחומר ניגוד עלולים להחמיר תפקוד כליות בקרב חולים עם תפקוד כלייתי לקוי בבסיס עד כדי צורך בדיאליזה זמנית או קבועה. לאחרונה מבוצעות השתלות מסתמים בקרב חולים קשישים עם אי ספיקת כליות כרונית. השתלות אלו נעשות בחדר צנתורים ובחדר ניתוח היברידי וכרוכות לעתים במתן רב של חומר ניגוד. ניתוחי לב פתוח, גם ללא הזרקת חומר ניגוד, גורר בחולים מסוימים להחרפה בתפקוד הכליות.

עד היום, אופן המניעה של נזק כלייתי לאחר צנתורים הינו מתן הידרציה במשך מס' שעות טרם הפעולה ובמשך מס' שעות לאחריה. טיפול מניעתי זה מונע חלק מהנזק הכלייתי ובחולים מסוימים.

לאחרונה נכנסה לשימוש מערכת RENAL GUARD המבוססת על עיקרון של הידרציה מאסיבית תוך כדי הפעולה. העיקרון הינו מתן נוזלים דרך הוריד ע"פ חישוב מדויק של תפוקת השתן. במס' מחקרים הודגמה יעילות במניעת נזק כלייתי מעבר לשימוש בהידרציה בלבד טרם הפעולה.


יחידת הצנתורים והמח' לניתוחי לב מבקשים להשתמש במע' זו בחולים עם סיכון גבוה העוברים פעולות התערבותיות בחדר צנתורים או בחדר ניתוח עם וללא חומר ניגוד.

המערכת מיוצרת ומשווקת באופן בלעדי ע"י חברת אמי טכנולוגיות. אין בשוק מע' דומה.

נודה על אישור רכישת המכשיר + קטטרים מתכלים ללא צורך במכרז עקב היות אמי טכנולוגיות ספק יחיד בנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר עמית שגב

  
ד"ר עמית שגב  
מומחה בקרדיולוגיה ורפואה פנימית  
מ.ר. 26326  
ס.מנהל מכון הלב ומנהל שרות צנתורים  
מרכז רפואי שיבא, תל השומר