

תל- השומר

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).

3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:**

ספק	חוץ	אין	אין	אין

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד - ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה
ד"ר יוחנן רמון	מנהל הא' 'מקצועי רמון	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

16 בדצמבר 2013
מספרנו: יש/2013-0518
תיק: 6-1130, 7014

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן
נכבדי,

הנדון: מכון ריאות -
חווי"ד לרכישת מקור אור ופרוססור תוצרת OLYMPUS
למע' (EBUS) Endo Bronchial Ultrasound

במכון הריאות קיימת מערכת וידאו-ברונכוסקופיה מתוצרת OLYMPUS אשר נרכשה בעקבות מיכרז מצ/473/2006 וחוו"ד יש/1191-2008.

בתחילת חודש יוני 2013 נתקבלה הודעת המכון כי נגנבו פריטי המערכת הבאים:

- מעבד (פרוססור) דגם CV-180 Extra II

- מקור אור דגם CLV-180 Extra II

מאחר ומדובר במערכת מסוג וידאו-אנדוסקופ וספציפית וידאו-ברונכוסקופ, מחוייב כי כל מכללי המערכת יהיו מיצרן המערכת. להדגיש - לא ניתן לשלב במערכת וידאו-אנדוסקופ של יצרן אחד פריטי מערכות מיצרן אחר.

מאחר וסידרת 180 אינה מיוצרת עוד, הוצעו ע"י חב' מדטכניקה הפריטים החלופיים מסידרת 190.

רצ"ב הצעת חב' מדטכניקה לרכישת הפריטים החלופיים, כאשר פריט 3 הינו כבל חיבור בין הפרוססור לברונכוסקופ האולטראסוני.

יש לממש כל פריטי ההצעה ובהתאם לני"ל ניתן לראות את היצרן OLYMPUS ונציגתו המקומית חב' מדטכניקה ספק בלעדי לפריטי ההשלמה.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה כל פריטי המערכת.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+הודעת המכון

העתק: גב' ריקי לוסטינג