

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

קרון מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)		
רפ"ס	אפיק	א"ס

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	מספר הספק
מספר הספק: 520036195	מספר עמותה: 1773
ספק זה הינו:	אומדן / שווי ההתקשרות:
ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____	תקופת ההתקשרות:
ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____	תקופת ההתקשרות:





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

21 בינואר 2014  
מספרנו: יש/2014-0032  
תיק: 1120-5, 4005

לכבוד  
מר ברונו לביא  
כ.א.ן

נכבדי,

הנדון: הצטיידות 2014/אגף נשים ויולדות/ח.נ. גניקולוגי -  
חו"ד לרכישת מוניטור מיילדות

דוא"ל מיום 12.1.14

בחדר ניתוח גניקולוגי מצוי מוניטור מיילדות ישן דגם 1350 תוצרת PHILIPS, המשמש את צוות חדר הלידה בראשות דר' אורית מורן.

מדובר במוניטור מיילדות המאפשר ניטור חיצוני ופנימי של עובר יחיד ושל תאומים, כאשר ניתן בנוסף לנטר לחץ תוך רחמי (IUP), לחץ דם לא חודרני וסטורציה של היולדת (האם).

דגם AVALON FM-30 תוצרת חב' PHILIPS הינו הדגם המתאים לנדרש מאחר ועליו להיות מקושר למערכת המיחשוב המרכזית מתוצרת PHILIPS המצויה בחדר לידה לתייעוד, לאיסוף ולאיחזור נתוני המוניטורים. הקישוריות למערכת המיחשוב המרכזית ניתנת אך ורק באמצעות מוניטורים מתוצרת PHILIPS.

המוניטור מדגם זה הינו הגירסה העדכנית של היצרן ועונה על כל הנדרש, מצוי בחדר לידה וכולל גם כרטיס תקשורת למע' המיחשוב המרכזית. המוניטור שיירכש ייתן מענה הולם ועדכני לחדר הניתוח וישמש גם גיבוי למוניטורים שבחדר לידה בו הוא מצוי בכמות 12 יח'.

לצורך הרכישה מומלץ לממש הצעת מחיר 1400241 על כל סעיפיה, כאשר:

פריט 1 - המוניטור הכולל ניטור עובר פנימי וחיצוני, מתמר אולטראסאונד, מתמר טוקו.

פריט 2 - ניטור סטורציה ולחץ דם לא חודרני שלהיולדת.

פריט 3 - כבל ייעודי לניטור לחץ תוך רחמי (IUP) ו-Fetal Scalp.

פריט 4 - אביזרים לניטור ל.ד. לא חודרני הכוללים צנורית ומנג'טה.

פריט 5 - מדידת דופק היולדת.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

פריט 6 – כרטיס תקשורת למערכת תיעוד מרכזית.

פריט 7 – תוספת מתמר לניטור תאומים

פריט 8 – לחצן לשימוש היולדת להודעה על קיום צירים

פריט 9 – תוספת התקן נייד ייעודי למוניטור.

לנוכח האמור לעיל ניתן לראות את חב' PHILIPS, באמצעות נציגותה בארץ, חב' מדטכניקה, ספק בלעדי לרכישה ולממשה בהתאם לקריטריון של ציוד רפואי ייחודי על כל המשתמע מכך.

תינתן תקופת אחריות למשך 24 חודשים מיום קליטת המיכשור בביה"ח.

ב ב ר כ ה ,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת + הצעת מחיר

העתקים : פרופ' א. שמיס  
ד"ר א. מורן  
גבי ו. מרגלית  
גבי א. הורוביץ