

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	


מדינת ישראל X  
 קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	אלטקום
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ/ מספר עמותה)	590036195-1773
ספק זה הינו:	√ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	7 אלף 300 ש"ח
תקופת ההתקשרות	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות::**

על	"	חלוקה	"	אצל	"	אנשי	סלמה

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד - ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה
ד"ר יעקב סלמה	אנשי סלמה	סלמה

מאת:  
נשלח:  
אל:  
עותק:  
נושא:

סויה שי  
יום רביעי 05 פברואר 2014 13:51  
האובן דב-דוד; שלומב אריה  
שני אור; לביא ברזנו; פרסטר נועה; אפללו שמשון; ינאי גיא; חלמיש שלמה; גניש-יעקובוב חלי; כהן עזרא  
עוז; ליבוביץ אריה  
רכש מתקני עיקור בגז- ספק יחיד

שלום,

בהמשך לטיפולנו בנושא מתקני העיקור בגז ברצוני להזמין ארבעה מתקני עיקור של חברת 3M המשווקת ע"י חברת מדטכניקה. בקשתי זו באה לאחר שבמשך השנתיים האחרונות בוצעו על ידי מספר פניות לחברות העוסקות בתחום, במטרה לאתר ספק המשווק מתקני עיקור בנפחים גדולים (1000 ליטר ויותר). זאת מאחר ומתקני העיקור שבשימוש כיום הינם בני 20 שנה. חברת CASTLE שיצרה אותם איננה קיימת מזה 10 שנים, ועל כן ישנו קושי לבצע בהם תחזוקה, הן מבחינת חלפים והן מבחינת טכנאים מיומנים.

מאחר ובזמן האחרון נוצרו מספר מצבים של כמעט כשל, עמדנו בפני מצב אשר יפגע בפעילות השוטפת של ביה"ח ויגביר באופן משמעותי את צריכת המוצרים הסטריליים החד-פעמיים (הפסקת מחזור מוצרים חד-פעמיים). לכן הוחלט בשלב זה לקדם פתרון חלקי, אשר במצבי כשל דומים יאפשר מתן מענה לערכות ח"נ וע"י כך לתת לנו זמן נשימה לתיקון המתקנים ללא פגיעה בפעילות חדרי הניתוח.

נפח העיקור שבכוונתנו לרכוש הינו כ- 1600 ליטר ליממה, כאשר במערך הקיים אנו מבצעים לפחות 2000 ליטר ביממה, ו 3 פעמיים בשבוע 4000 ליטר ביממה, כך שבנוסף לפתרון זה נמשיך לחפש ספק בארץ שיסכים לייבא מתקן בנפח גדול, ולספק לו שירות חלפים ואחזקה לאורך זמן.

חברת מדטכניקה הינה היחידה בארץ המשווקת מתקני עיקור בגז. החברות אליהם פנינו בניסיון ליזום מהלך של התקשרות מול ספק חיצוני ורכש מתקנים גדולים התואמים את נפחי העיקור הדרושים לנו הינם: MedLife, Medtechnica, Tuttbauer, Med-Fisher, Amit Medical, לבנט טכנולוגיות.

תודה,

שי סויה,

מנהל מערך אספקה סטרילית,  
ביה"ח תל השומר.