



מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת המכרזים המרכזית

הנדון: פטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) התקשרות עם "אלדן" –
 לצורך רכישת ערכה להפקת DNA עבור המעבדות במכון הווטרינרי
 החלטת וועדה מיום 10.2.2014
 מס' מחלקת מכרזים: 4210214

פרוטוקול

1. בפני הוועדה בקשת היחידה לאשר לה התקשרות עם חברת "אלדן" זאת לצורך רכישת הטובין.
2. לפרוטוקול מצ"ב מסמכי הנמקה מאת היחידה חתומים ע"י ד"ר מוניקה לשקוביץ מזוז, להיות "אלדן", ספק יחיד בנסיבות העניין. על פי הסבר שהתקבל מאת היחידה, הערכה הנרכשת הינה הערכה המבטיחה בטיחות המתאימה להפקה ללא זיהום נבגים של החיידק, המתאים לצרכי המעבדה. ערכה זו נבחנה מבין 3 ערכות של 3 חברות שונות, לפני כ-3-4 שנים. בעצת וועדת המכרזים נעשו ניסיונות להשתמש בקיטים אחרים עם תכונות מקבילות אך התוצאות שהתקבלו לא השביעו רצון.
3. כמו כן מצ"ב אישור החברה היצרנית קיאגן הגרמנית, להיות "אלדן" משווק מורשה יחידי מטעמם בישראל.
4. לאור האמור והמפורט במסמכים, מאשרת הוועדה את מתן הפטור על בסיס תנאי תקנה 3 (29) כאמור בכפוף לחובת פרסום.
5. סה"כ היקף ההתקשרות הנו 32,372.12 ₪ כולל מע"מ. המחיר הנ"ל הנו על יסוד הצעת מחיר של החברה מיום 14.1.2014 המצ"ב.
6. ההתקשרות מותנית בכך כי לא תתקבלנה השגות.
7. ההתקשרות כפופה להוצאת הזמנת עבודה חתומה ע"י מורשי החתימה של המשרד ותעשה מיום החתימה על הזמנת עבודה ועד ליום 31/12/2014.
8. תוקף הפטור הנו מיום קבלת החלטה זו ועד ליום 31/12/2014.

חנאן טוחני עו"ד
 41912
 ע.ד. ליועץ המשפטי
 עו"ד חנאן טוחני
 לשכה משפטית
 אורלית שאוליאן
 חשבת

אזהד דגמי
 יו"ר הועדה

ינקו רבינוביץ'
 חבר

מוטי שגיא
 חבר

נציג היחידה
 חבר

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

משרד החקלאות	החקלאות
יחידה מזמינה/מכון:	מכון וטרינרי/ פרזיטולוגיה
תאריך חוות דעת:	14.1.14
בקשה מס' (פנימי):	

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה ◆ 3(29) / 3(31) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)	510848690
ספק זה הנו:	
אומדן / שווי ההתקשרות:	27,434.00 ש"ח (לא כולל מע"מ)
תקופת ההתקשרות:	שנה

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

הזמנה קיט להפקה DNA: DNeasy Blood & Tissue Kit (250) מק"ט 69506 מספק QIAGEN

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות שלום רב,

הנני מבקשת לרכוש את קיט להפקה של ד.נ.א. מרקמות (DNeasy Blood & Tissue Kits) מחברת Qiagen. הקיט מתאים להפקה של ד.נ.א. מסוגים שונים של דוגמאות, כולל הפקה של ד.נ.א. מטפילים הנמצאים ברקמות הנגועות ובדם. הד.נ.א. המופק חופשי מחומרים מעכבים שמפריעים להמשך העבודה. הד.נ.א. המופק מתאים לעבודה ישירה ב-PCR ו-PCR real time ומספק תשובות אמינות וברורות.

ההפקה של ד.נ.א. נעשית על ידי שימוש בפילטר וסירכוז. תנאי ההפקה מתוכננים כך שיש ספיחה ספציפית של הד.נ.א. לפילטר והסרת מקסימאלית של מזהמים ומעכבים. תהליך ההפקה הינו מאוד פשוט- הקיט מכיל את כל החומרים הדרושים להפקה ואינו דורש שימוש בפאנול (Phenol) או קלורופורם (Chloroform).

קיט זה נמצא בשימוש במעבדתנו בשנים האחרונים. יש לנו ניסיון רב עם הקיט הזה ונעשה כיוול והתאמה של ההפקה לצרכים שלנו. הקיט נפוץ בשימוש ומצוטט בעבודות מדעיות רבות, הודות לתכונות הייחודיות שלו, האיכות והניקיון המתקבלים בהפקה. בנוסף לכך, הקיט מאפשר הפקה של כמויות ד.נ.א. יחסית גדולות בהשוואה עם קיטים אחרים. בעבודות מחקר שנעשו ופורסמו על ידינו השתמשנו בקיט הזה להפקה של ד.נ.א. ולכן החלפת סוג הקיט יפגע בהתקדמות המחקר, ותדרוש השוואה בין תוצאות שקיבלו עד כה עם תוצאות שנקבל עם קיטים אחרים.

חשוב לציין שלאחרונה, לאחר התקשרות והתייצות עם ספקים אחרים, ניסיתי להשתמש בקיטים אחרים עם תכונות מקבילות אך התוצאות שהתקבלו לא השביעו רצון. ד.נ.א. שהופק לא התאים למבחן PCR ודרש ריכוז וניקוי וחזרה על הבדיקות שנעשו לפני הניקוי, התהליך היה הכרוך בזמן רב. יתר על כן, מכיוון שאנו מחפשים ד.נ.א. של טפילים הנמצאים בתוך הרקמות ולא בכדוריות דם, חשוב לנו להשתמש בקיט ייחודי ואיכותי המאפשר לנו להגיע לרמת רגישות מקסימאלית.

על סמך הדרישות האלו אנו מבקשים לרכוש קניה מרוכזת של 5 קיטים המתאימים

ל- 1250 הפקות.

בברכה,

ד"ר מוניקה לשקוביץ מזוז

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.
חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

מוניקה לשקוביץ מזוז	רופאה וטרינרית החט' לפרזיטולוגיה	מוניקה ל. מזוז
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה