



**שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ**

מספר הוראה: 7.8.2	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
מספר טופס: ט 7.8.2.1	פרק משני: פטור ממכרז

משרד	חקלאות
יחידה מזמינה:	הגה"ץ
תאריך:	23.01.14

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה  (29)3 /  (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)**  
 המעבדה לביוכימיה מולקולרית מבצעת זיהוי פטריות, חיידקים ווירוסים בחומר צמחי נגוע בפתוגנים, לצורך פעולות הזיהוי יש להשתמש בראגנטים של RT-PCR שמונעים זליגה לסביבת המעבדה וצמצום זיהומים של שטחי העבודה ומאשרים robustness והדירות בתוצאות. מזה שנים רבות אנו משתמשים בקיטים של היצרן Maxime RT-PCR Premix המשוק על ידי חברת טלרון ביוטקו

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

X טובין  שירותים  ביצוע עבודה

שם הספק:	טלרון ביוטק בע"מ
מספר הספק (ח.פ./ח.צ.מ./מספר עמותה)	513472290
ספק זה הנו:	X ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	32,398.08 ש"ח כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	01-02-2014 ועד 01-02-2015

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

# שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
מספר טופס: ט. 7.8.2.1	פרק משני: פטור ממכרז

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

החברה טלרון ביוטק היא הספק היחיד של Maxime RT-PCR Kit מהסוג והאיכות המתאימים לעבודה השוטפת במעבדתנו המחייבים מניעת זליגה לסביבה, צמצום הצורך בפפיטציה והעברת הראגנטים פעמים רבות, מרכיבי הרטגובה מאפשרים פעולה עם מגוון רחב ביותר של חומצות גרעין ממטר יקסים שונים של צמחים, הדירות גבוהה בקבלת התוצאות, האנזימים של שלב ה-Reversed Transcription מאפשרים הדגרה בטמפרטורה מעל 42 ללא פגיעה משמעותית בתוצרים, הראגנטים כוללים RNase Inhibitor המונע דגרדציה של RNA במהלך התגובה. דרישות אלה הן מחויבות לפי תקן ה-ISO והתקנים הבין-לאומיים. אמנם קיימים ספקים אחרים של ראגנטים ל-RT-PCR אך הראגנטים של חברת טלרון באים ביחידיות של מבחנות סגורות המאפשרים עבודה מהירה ללא צורך בפפיטציה רבה דבר המצמצם אפשרויות זליגה לסביבת העבודה ומניעת זיהומים שעלולים לשתק את פעילות המעבדה. נוסף לכך הראגנטים של חברת טלרון ועל סמך הבדיקה שלנו הם היחידים המאפשרים עבודה בטמפרטורה מעל 42 מעלות בשלב RT וכוללים RNase inhibitor ומניבים תוצאות הדירות מ-RNA של מטריקסים צמחיים רבים שהם מטופלים במעבדה שלנו.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

אמה טברובסקי	מרכזת בכירה לצמחים מהונדסים	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה