

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:-**

צ"ע	חוץ	לפי	לפי	לפי

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד - ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה
ד"ר יורם סגל	מנהל רמת השרון	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

9 בדצמבר 2013
מספרנו: יש/2013-0506
תיק: 1130-6, 1007

לכבוד
מר ברונו לביא
כא

נכבדי,

הנדון: מח' א.א.ג. – חו"ד לשדרוג מע' סטרובוסקופיה דיגיטלית

דוא"ל פרופ' וולף מיום 9.12.13

המערכת שבנדון מתוצרת חבי XION נקלטה בשימוש א.א.ג ביום 11.11.2008. המערכת כללה בין מרכיביה אנדוסטרוב דגם DVI-ENDOSTROBE ומחשב. מערכת זו מבוססת על ENDOSTROBE קשיח אותו נדרש להחדיר דרך הפה אל הגרון לצורך צפייה במיתרי הקול.

קיים קושי אובייקטיבי בהחדרת האנדוסקופ הקשיח המחייב הרדמה מקומית, שלא לדבר על המטופל שחששותיו מהבדיקה הינם גורם דומיננטי בהצלחתה.

היצרן החל בשיווק ENDOSTROBE גמיש המאפשר החדרתו דרך האף ללא צורך בהרדמה מקומית והינו נוח, קל ואינו גורם למטופל חשש כלשהו.

בנוסף, מאחר והפריט הגמיש כולל בקצה הדיסטלי מצלמת CCD בעל שבב בגודל 1/10" ורזולוציה של 500x582 pixels ניתן כיום אפשרות לקבל רזולוציית תמונה מאנדוסקופ גמיש באיכות של תמונת אנדוסקופ קשיח בצירוף כל התכונות של אנדוסקופ גמיש, כאשר היתרון המשמעותי בקיום מצלמה בקצה הדיסטלי הינו בחוסר קיום סיבים אופטיים שבדרך כלל הינם החוליה החלשה בשימוש במכשיר (שברים ורגישות יתר).

ה-ENDOSTROBE הגמיש חייב להיות מסונכרן עם המחשב הצמוד לו מאחר ועיבוד התמונה כלול במחשב.

בדגם הקיים עיבוד התמונה בפריט הקשיח כלול בבקר של ה-ENDOSTROBE והמחשב הינו מאגר תמונות ונתוני מטופלים בלבד.

לנוכח ההיבט הנ"ל קיים צורך בעת החלפת ה-ENDOSTROBE הקשיח בפריט גמיש להחליף גם את המחשב.

רצ"ב הצעת חבי DCS נציגת היצרן XION להחלפת שני הפריטים אותה יש לממש.

מאחר ומדובר בהחלפת פריטים במערכת קיימת, תובה לרכוש הפריטים אך ורק מיצרן המערכת, חבי XION, ולפיכך ניתן לראות היצרן ספק בלעדי להחלפה זו.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

מר הרי הופמן מחבי DCS הבהיר כי הצעת המחיר הינה בעיסקת חליפין (TRADE-IN) עם האנדוסקופ הקשית. בשלב המעבר תינתן מעי גיבוי, כך שלא תהיה שום הפרעה לפעילות המחלקה.

יש לכלול בהזמנה ספר שירות והפעלה.

ההזמנה תכלול תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים כמקובל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת

העתק: פרופ' מ. וולף