


תל- השומר


מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ


הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

	
חובה	סלולר
החברה	פרייז
החברה	פרייז

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

פיקו	Fuji	
ספק יחיד	_____	
ספק חוץ	_____	
159,000 ₪		
2014	_____	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **נימוקים והערות נוספות.**

י"ב	מכתב	של	צ"ל	שפ"א	-	מנהל
המח	ל	התעס	רפואית	.		

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ה. ר. ח.	רכש	הרואל חת
----------	-----	----------

MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד הבריאות
מרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
אסוף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
אוניברסיטת תל-אביב
נל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-530338/917
פקס. 972-3-5303387

A

2

הערכה כי במהלך שלושת השנים יוחלפו שפופרת בשני האתרים הנוספים בהם קיימת מעי הצילום תוצרת SHIMADU שיטת ההחלפה הינו PRO-RATA.

לגבי שני המרכיבים האחרים, שנאי מתח גבוה ותאי השחרה ההערכה בצורך להחליפם נמוך ביותר. במידה ויהיה צורך בהחלפתם מובן כי סוגיות אלה יידונו בנפרד ולגופו של עניין.

5. סיכום

מאחר וכאמור חבי דינקו מהווה את הנציגות היחידה והבלעדית של היצרנים FUJI ו-SHIMADU ולה הידע, החלפים והיכולת לטפל במיכשור המפורט לעיל, ניתן לראותה ספק יחיד על כל המשתמע מכך.

להדגיש, אין חברה נוספת בשוק המקומי המסוגלת להתחרות ביכולת חבי דינקו בידע, ביכולת ובגיבוי במערכות המתוארות לעיל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

העתק: גבי רחל ברקוביץ