

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל X _____
 קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
כ"ע	
מסלול	
מסלול	
מסלול	
מסלול	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)	
520036195 - 1773	מספר הספק
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	45,434 \$
תקופת ההתקשרות:	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

20 בפברואר 2014
מספרנו: יש/2014-0093
תיק: 5012-1, 1120-9

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן
נכבדי,

הנדון: יחידה לשבץ מוחי – חוו"ד לרכישת השלמה למעי' ניטור מרכזית

- א. דוא"ל גב' אורנה רחמינוב מיום 16.2.14
ב. דוא"ל דר' אוריון דוד מיום 18.2.14

1- מצב קיים

במחלקת שבץ מוחי קיימת מעי' ניטור מרכזית מודולרית הכוללת:

- 6 יח' מוניטורים דגם MP-60 תוצרת Philips הכוללים כ"א מודול בסיסי דגם M3001A, המקובעים לקיר באמצעות מתלה ייעודי. מודול בסיסי זה מאפשר ניטור הפרמטרים הבאים: ECG, HR, NIBP, SPO₂.

- 1 יח' תחנה מרכזית (Central Station) דגם M3150 עם 6 רישיונות.

2. הרחבה

היחידה, שעד היום תפקדה כיחידת אשפוז, תתפקד מעתה כיחידת טיפול נמרץ. בהתאם לזאת, משתנים פרמטרי הניטור הנדרשים.

נדרשת הרחבה כדלקמן:

- ניטור IBP וטמפי בכל מוניטור.
- ניטור EtCO₂ בכל מוניטור.
- ניטור EEG הניתן לניידות בין המוניטורים השונים על פי הנדרש (בכמות 3 יח').

ההרחבה מחייבת הפעילות הבאה:

- החלפת ארבעה מודולים בסיסיים קיימים במודול שיכלול ניטור IBP וטמפי.
- תוספת מודול לניטור EtCO₂ בכל מוניטור.
- תוספת מודול לניטור EEG דגם M1027A בכמות 3 יח'.

3. רצ"ב הצעת מחיר מספר A1401686 של מדטכניקה להשלמת מעי' הניטור.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

4. מאחר ומדובר בהרחבת מעי קיימת, קיים הכרח לרכוש את כל המרכיבים מיצרן המעי הקיימת על מנת לאפשר שילוב הקיים עם ההרחבה. למען הסר ספק, לא ניתן לשלב במעי הקיימת תוצרת Philips מרכיבים מיצרן אחר.

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים לכל הפריטים הנדרשים, שתחל מיום קליטתם בפועל באתר.

ב ב כ ה,

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת

העתקים: פרופ' ד. טנה
ד"ר ד. אוריון