

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

שירותים וטרינריים	משרד החקלאות
מכון וטרינרי	יחידה מזמינה/מכון:
11/02/2014	תאריך חוות דעת:
	בקשה מס' (פנימי):

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה **3(29) / 3(31)** לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

טובין שירותים ביצוע עבודה

רניום	שם הספק:
511642449	מספר הספק (ח.פ./ח.ע./מ.מספר עמותה)
<input type="checkbox"/> ספק חוץ	ספק זה הנו: <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד
70,277 ₪ כולל מע"מ	אומדן / שווי ההתקשרות:
עד סוף 2014	תקופת ההתקשרות:

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

<p>מכשיר לספירת תאים (ספירת תאים סומטיים בחלב) מפרט טכני:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. אחריות ע"י הספק בארץ 2. תמיכה טכנית בארץ זמינה 3. זמינות של חלקי חילוף בארץ 4. זמינות של מכשירים זהים בשימוש בארץ 5. ללא צורך בשימוש בריאגנטים פלואורסצנטיים מסוכנים, כגון Propidium iodide 6. ללא צורך לרכישת ציוד נלווה או ריאגנט ייחודי למכשיר לכל בדיקה 7. עלות לבדיקה בודדת נמוכה 8. מכשיר בעל התאמה מוכחת לסוג הבדיקות העיקריות שנעשות במעבדה (ספירת תאים סומטיים בחלב) 9. אפשרות לבדיקה של מגוון סוגים של תאים במגוון חומרים ביולוגיים <p>• למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.</p>

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)

3. נימוקים והערות נוספות

המכשיר מיועד לקריאת תאים סומטיים בחלב, כולל חלב מדלקות עטין, וכן סוגים שונים של תאים ממקורות נוספים. כלומר, יש חשיבות רבה לוורסביליות של המכשיר לקרוא תאים במטריציות שונות מלבד חלב.

מבדיקה שביצענו מול ספקים שונים בארץ וחיפוש באינטרנט, עלה כי המכשיר היחיד שמצאנו ספק השירות Beckman Coulter, מחברת Z1 שעונה לפרמטרים הנ"ל הוא מכשיר Rhenium.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	רופא וטרינר	דר' שלמה בלום
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית