

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
ר"מ	ג' רכש (מ' אלסטואלוק 8"11"11 ע"ש
דעת	אצ"מ

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אלסטואלוק
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ/ מספר עמותה)	1773 - 520036195
ספק זה הינו:	✓ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	93,030 \$ + 4847
תקופת ההתקשרות	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

28 בינואר 2014
מספרנו: יש/2014-0055
תיק: 3-1125, 4000A, 4004

לכבוד
מר ברונו לביא
כ.א.ג
נכבדי,
הנדון: הצטיינות 2014/אגף נשים -
חו"ד לרכישת מכשירי אולטראסאונד למיון נשים ולחדר לידה
20140907 - רח'ישל -
20140908 - מפר' ע'א

א. מכתב פרופ' אחירון מיום 29.7.13
ב. מכתב פרופ' אחירון מיום 12.8.13

במיון נשים ובחדר לידה קיימת פעילות אינטנסיבית של משתמשים רבים במכשיר האולטראסאונד, פעילות שלה משמעות רבה ביכולת ההישרדות של המכשיר לאורך זמן.

בסימוכין ב' מפרט פרופ' אחירון הנדרש עבור שני אתרים אלה עקב ייחודיותם.

בעקבות דרישות אלה הוברר כי לחב' פיליפס קיים דגם SPARQ, אשר נבדק מעשית ע"י פרופ' אחירון ואשר ייחודיותו מפורטת בסימוכין א'.

לא נמצא מכשיר מיצרן חלופי שלו נתונים כדוגמת דגם זה.

לנוכח זאת ניתן לראות דגם זה כמכשיר הייחודי היחיד התואם את התנאים המיוחדים במיון נשים ובחדר לידה ולממש הרכישה בהתאם לקריטריון של ציוד רפואי ייחודי על כל המשתמע מכך.

ההצעה למימוש הרכישה, בכמות 2 יח', הינה הצעת מחיר מס' A1304440 של חב' מדטכניקה הכוללת:

א. מכשיר.

ב. תוכנת מייילדות.

ג. חיבור ל-DICOM.

ד. מתמר אבדומינלי (CONVEX) בתדר 2-MHz-6.

ה. מתמר וגינלי בתדר 4-MHz-9.

ו. מדפסת ש/ל.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+הצעת מחיר

העתק: פרופ' ר: אחריון