

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזוהה:	
תאריך:	

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ומירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
רכישת ציוד רפואי למחלקת רפואת ילדים

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	רפואי - רפוא
מספר הספק (ח.מ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה):	1720 - 557564465
ספק זה הינו:	✓ ספק יחיד ספק חוץ _____
אוסף / שווי ההתקשרות:	13456
תקופת ההתקשרות:	1/1 + 1/1



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

3 באפריל 2014
מספרנו: יש/2014-0143
תיק: 1001, 1123-7, 3501

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: מח' עיניים - חוו"ד לרכישת מעמד רצפתי נייד למיקרוסקופ ניתוחי לעיניים

דוא"ל מיום 2.4.14

למחלקת עיניים/ח.נ. מס' 2 נרכש מיקרוסקופ ניתוחי חדש עקב בעיית בטיחות קשה במתלה התקרה מתוצרת DRAGER שהוצמד ע"י היצרן למיקרוסקופ מתוצרתו.

המיקרוסקופ שפורק תקין ומאפשר שימוש בחדר הניתוח המרכזי כחלק מניתוחים מורכבים (פציעות רב מערכתיות, חולים שאין אישור להרדמים במח' עיניים) ולניתוחים קטנים כגון פלסטיקות קטנות המחייבות מיקרוסקופ.

איכות המיקרוסקופ שפורק טובה לאין שיעור מהדגם המצוי כיום בחדר ניתוח המרכזי וכל שנדרש על מנת למקמו בחדר הניתוח הינו מעמד ייעודי של חב' LEICA יצרנית המיקרוסקופ.

רצ"ב הצעת מחיר של חב' לפידות, נציגת היצרן בארץ, לרכישת המעמד הכולל תנועת מיקרוסקופ במרחב.

מומלץ לממשה על כל סעיפיה.

ברור כי ניתן לראות היצרן ונציגתו המקומית ספק בלדי לרכישה זו. לא ניתן לרכוש מעמד ייעודי למיקרוסקופ מתוצרת LEICA זולת מהיצרן LEICA.

יש לדרוש תקופת אחריות למעמד, שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתק: פרופ' י. מויסייב