








אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה : 141299	חדר ניתוח :
מהות הרכישה : תיקון וכיול מערכת LEKSELL - MUCTIPURPOSE STEREOT. ARC KIT	
ערך בשקלים :	סכום הרכישה מטבע ספק : EUR 18,526
ספק פוטנציאלי : צמל יעקובסון	

הוועדה התכנסה בתאריך 19.5.14 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים :

 שמעאל עמר	 עו"ד רות פור	 יושע
 מיכל ארון	 שלום בן זאב	

תאריך: 23.2.2014

לכבוד:
ועדת רכישות
מ"א

הנדון: תיקון וכיול מערכת LEKSEL - חדר ניתוח

בחדר ניתוח, לצורך השתלת אלקטרודות לטיפול באפילפסיה קיימת מערכת חוצרת LEKSEL. ספק צמל יעקובסון.

לפני כשלושה חודשים, החברר שהדויק שלה ירד ושלהנו אותה לבדיקה.

במקום המערכת ששלחנו, קיבלנו זמנית מערכת אחרת שהיבנים להחזיר אותה. חמורת 5850 יורו.

עלות מערכת חדשה כ-100,000 יורו + מע"מ.

עלות התיקון וכיול 15,700 יורו + מע"מ

ממליץ לאשר תיקון וכיול המערכת שבתיקון במחיריות האפשריות מפני ששילמנו עבור המסגרת גיבוי רק בזמן התיקון.

צמל יעקובסון ספק יחיד לעסקה זאת

בברכה

דורון לאקה

מהנדס מכשור רפואי

דורון לאקה
ראש מד"ר
חדר ניתוח והנשמה
מרכז רפואי איכילוף ת"א