

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
ר"מ לכ"מ למ"מ למ"מ	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין
 שירותים
 ביצוע עבודה

	שם הספק:
	מספר הספק (ח.פ./ח.צ./ע.מ./מספר עמותה)
	ספק זה הינו:
	אומדן / שווי ההתקשרות:
	תקופת ההתקשרות:

ספק חוץ _____
 ספק יחיד

510091884 - 1707
 30,710 \$



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

23 באפריל 2014
מספרנו: יש/2014-0169
תיק: 8-1111, 1001, 1013

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: ח.ג. מרכז/היערכות לביצוע ניתוחי כבד מורכבים -
חוו"ד לרכישת מכשיר לעירווי בלחץ

תכתובת מייל מיום 14.4.2014

1. בהמשך לסימוכין, פריט 6 ברשימה, יש לרכוש המכשיר בכמות 1 יח.
2. מדובר במכשיר חימום ועירווי הפועל עם מהירויות ונפחי עירווי גבוהים המשמש בעיקר במקרי טראומה, בהליכים כירורגים בכלל ובהשתלות בפרט.
3. תכונות המכשיר הנדרשות עבור מרכז השתלות הכבד הן:
 - א. מהירות עירווי מקסימלית של 1000 ml/min.
 - ב. טווח לחצים של 100-300 mmHg.
 - ג. סנסור בועות אוויר אולטראסוני, במקרה של איתור בועת אוויר תשמע התראה ויעצרו פעולות המשאבה והחימום.
 - ד. אפשרות חיבור שקיות נוזלים ומוצרי דם בטווח נפחים של 3l-500ml.
 - ה. תצוגה דיגיטלית רציפה של נפח עירווי כולל, קצב עירווי, טמפ' נוזל ולחץ מערכת.
4. על פי דרישותיו של פרופ' ברקנשטט ובעקבות בדיקה בהנדסה רפואית נמצא כי Rapid Infuser תוצרת BELMONT הינו המוצר היחיד העונה לדרישה ד'.
5. בהתאם לסעיף 4 יש לראות בתב' BELMONT ובנציגתה בארץ חב' לבנט טכנולוגיות בע"מ ספק בלעדי לרכישה.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

6. מומלץ לממש הצעת מחיר PQ14L0381 על כל סעיפיה.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה.

בברכה,

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעה

העתק: פרופ' ח. ברקנשטט
מר מ. לוי