

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מומינת:
	תאריך:

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
רפ"ע _____ רפ"ע _____

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

	שם הספק:
	מספר הספק
	(ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)
	ספק זה הינו:
	אומדן / שווי ההתקשרות:
	תקופת ההתקשרות

קניסין
 512363904 - 8848
 ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
 87956 רפ"ע _____



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

13 באפריל 2014
מספרנו: יש/2014-0158
תיק: 9-1130, 4005

לכבוד
מר ברונו לביא
כ.א.נ

נכבדי,

הנדון: מח' נשים/ח.נ. גניקולוגי –
חוו"ד לרכישת מע' להיסטרוסקופיה אבחנתית/ניתוחית

דוא"ל מיום 6.4.14

1. פרופ' גולדנברג מבקש ליישם הליך של ביצוע היסטרוסקופיה אבחנתית/ניתוחית (טיפולית) ללא צורך בהרדמה על כל המשתמע מכך.
במכתבה מיום 9.3.14 מפרטת גב' אביבה אשר, א.א. חדר ניתוח גניקולוגי, את מגוון היישומים שלהם מיועד ההליך לתת מענה.
2. המערכת להיסטרוסקופיה אבחנתית/ניתוחית כוללת שני מרכיבים עיקריים:
 - א. מע' לאיבחון ולצריבה.
 - ב. מע' למתן נוזלים בלחץ תוך בקרה רציפה על התהליך לצורך ניפוח הרחם.
3. מערכת לאיבחון וצריבה כוללת את המרכיבים הבאים:

מע' איבחון

ציוד קבוע:

היסטרוסקופ בקוטר 1.9 מ"מ (הכולל כ-70 אלף סיבים אופטיים).

מגש ייעודי לעיקור ולשמירה על ההיסטרוסקופ

כבל תאורה בין ההיסטרוסקופ למקור אור.

ציוד מתכלה:

שרוול (SHEATH) אליו מוכנס ההיסטרוסקופ.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

מע' ניתוחית/טיפולית – מרכיבים:

גנרטור – ציוד קבוע
אלקטרודה (TWIGGER) – פריט מתכלה

הבהרה:

ביום 27.3.2012 נקלט גנרטור דגם Versapoint II תוצרת GYNECARE, מס' סד' GY1120622 בחדר ניתוח גניקולוגי לצור היסטרוסקופיה ניתוחית (עלותו כ-102,000 ₪ ללא מע"מ עם אלקטרודה קשתית בעלת רדיוס 4 מ"מ שעלותה כ-6216 ₪ ללא מע"מ. מערכת זו משווקת ע"י חב' J&J.

לנוכח העבודה כי המרכיב העיקרי במערכת מצוי בשימוש בביה"ח, מכל היבט שהוא מומלץ לממש השלמת מע' האיבחון לשלושת הפריטים הקבועים הנדרשים ואשר כוללים את:

ההיסטרוסקופ

מגש ייעודי

כבל תאורה

בהתאם לנדרש יש לרכוש הפריטים בכמות 2 יח' על מנת לאפשר פעילות רציפה.

הבהרה: פריטים מתכלים הנדרשים למערכת זו אינם כלולים בחוה"ד למימוש.

4. מע' למתן נוזלים בלחץ תוך בקרה רציפה על התהליך כוללת את המרכיבים הבאים:

ציוד קבוע

מע' מתן לחץ קבוע בזרימה קבועה של נוזל (SALINE) תוך בקרה רציפה על התהליך הכולל SUCTION ו-IRRIGATION לצורך ניפוח הרחם לכל שלב ההיסטרוסקופיה.

המערכת מופעלת באמצעות דוושה וצנרת חד פעמית ל-SUCTION ול-IRRIGATION.

הדגם היחיד המתאים לשימוש הנדרש הינו:

STORZ HYSTEROMAT Endoscopic Automatic System for Irrigation מתוצרת STORZ.

לדגם זה דושת הפעלה מק"ט יצרן 26340330 ופריטים מתכלים כדלקמן:

סט ל-IRRIGATION – מק"ט יצרן 031717-10

סט ל-SUCTION – מק"ט יצרן 031217-10.

פרופ' גולדנברג הבהיר כי לא ידוע לו על דגם המתאים זולת חב' STORZ.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

3

5. מומלץ לממש הצעות המחיר כדלקמן:

- א. עבור מע' איבחון וצריבה מתוצרת חב' Gynecare – הצעת חב' J&J, מס' 51988, על כל שלושת פריטיה, בכמות 2 יח' מכל פריט.
- ב. עבור מע' למתן נוזלים בלחץ מתוצרת STORZ – הצעת מחיר 28158 על 2 פריטיה – בכמות 1 יח' מכל פריט.

הבהרות:

- 1) יש לראות, הן את חב' Gynecare והן את חב' STORZ, ספק בלעדי כל אחד בתחומו על כל המשתמע מכך.
- 2) הצעת חב' ברסלוער מס' 28159 הינה לפריטים מתכלים (סטים ל-SUCTION-ול-IRRIGATION – לרכישה לפי שיקול משתמש).
- 3) מימוש הנ"ל יכלול תקופת אחריות של 24 חודשים כמקובל + ספרות הפעלה ושרות.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת + הצעות מחיר

העתקים: פרופ' מ. גולדנברג
גב' א. אשר