

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

קשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הסובין / השירות / העבודה)
רביע נקט' חנה וספק חוץ

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

שירותים _____ ביצוע עבודה _____

טובין

	שם הספק:
	מספר הספק
	(ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)
	ספק זה הינו:
	אומדן / שווי ההתקשרות:
	תקופת ההתקשרות

ספק חוץ _____ ספק יחיד _____
 514689850 - 594900
 "ח.פ. + ח.צ." 36,750



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

10 באפריל 2014
מספרנו: יש/2014-0156
תיק: 1111-5, 3017

לכבוד
מר ברונז לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: טיפול נמרץ לב ילדים – חווי"ד לרכישת נקזי חזה אלקטרוני

מכתביו של דר' אמיר ורדי מיום 17.02.2014 ומיום 10.02.2014

1. בהמשך לסימוכין יש לרכוש המכשיר בכמות 8 יח'.
2. מדובר במכשיר המשמש לניקוז אוויר או נוזלים מחלל החזה על ידי שימוש בואקום. המכשיר משמש בעיקר בטרואומה וכהליך פוסט כירורגי.
3. תכונות המערכת:
 - נקז חזה נייד הכולל ניטור אלקטרוני.
 - מבוסס על משאבה ולא דורש חיבור לקיר – מאפשר ניידות ומייצר רעש נמוך.
 - סוללה מסוג ליתיום איון בעלת משך פעולה של עד 12 שעות. זמן טעינה מקסימלי של עד 4 שעות.
 - תצוגה דיגיטלית של לחץ המטרה ומהירות הזרימה בזמן אמת. אפשרות מעבר לתצוגה גרפית לשם מעקב אחר התקדמות התהליך.
 - מהירות זרימה של עד 18 l/min.
 - טווח וואקום: 5(-)-100 mbar.
 - התראות המעי: התראה על מצב סוללה. והתראות לחץ המצביעות על דליפות, חסימות ניתוקים וכו'.
 - הצנרת כוללת מע' אוטומטית לאיתור ופינוי חסימות.
4. לאחר בדיקה הובהר כי קיימת מערכת מתוצרת ATMOS העונה לדרישות.
5. לא ידוע על מערכת נקזי חזה נוספת התואמת לנדרש. ניתן לפיכך לראות ביצרן ובנציגו ספק יחיד לרכישה זו.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

6. מומלץ לממש הצעת מחיר מס' 141110544 ו-141110546 מיום 25.02.14, של חב' דנאל עבור 7 יחידות נקזי חזה ויח' 1 של נקז חזה קומפקטי תוצרת ATMOS בצירוף המוצרים הנלווים.

מהצעת מחיר מס' 141110546 יש לממש הפריטים הבאים:

פריט מס' 1 (מק"ט 317.0000.0) בכמות 1 יח', נקז חזה אלקטרוני קומפקטי דגם C 0501.

פריט מס' 2 (מק"ט 316.0200.0) בכמות 1 יח', מתקן קיבוע עבור נקז חזה אלקטרוני קומפקטי.

פריט מס' 3 (מק"ט 317.1000.0) בכמות 1 יח', מיכל איסוף (סט מתכלה) עבור נקז חזה קומפקטי (10 מכלים). הספק מתחייב לספק את המכלים עם הצינור כסט.

מהצעת מחיר מס' 141110544 יש לממש הפריטים הבאים:

פריט מס' 1 (מק"ט 312.1031.0) בכמות 5 יח', סט מתכלה המכיל צינור ומיכל איסוף (10 סטים).

פריט מס' 2 (מק"ט 312.1100.0) בכמות 7 יח', נקז חזה אלקטרוני דגם E 201.

פריט מס' 3 (מק"ט 312.1160.0) בכמות 7 יח', מתקן קיבוע עבור נקז חזה אלקטרוני.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה.

יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

ב ב ר כ ה,

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעות מחיר+תכתובת

העתק: דר' א. ורדי