


המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

קרון מחקרים \_\_\_\_\_


מדינת ישראל \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ


הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

	
תמלול - ת"פ 3100	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא X \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה X \_\_\_\_\_

I.S.I		
ספק יחיד <u>✓</u> _____	ספק חוץ _____	
\$ 102,008		

27

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות**

רצ"ע	חוות דעת	צעת	אמתי	התאמת
ש	ק"ו	ורם	שמי	
מנהל	המח	התקשר	רסולית	

לאור הנימוקים שמנתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

מנהל מחלקת	המח	ב. כ. ה.
------------	-----	----------

## ברקוביץ רחל

שדמי יורם, דר  
יום ראשון 30 מרץ 2014 12:00  
ברקוביץ רחל  
גיבוי טכנולוגי למאיצים קווים תוצרת VARIAN

מאת:  
משלח:  
אל:  
נושא:

שלום רב,

במכון האונקולוגי נדרש גיבוי למר יוסי גרה שהינו היחיד שמטפל בתחזוקת המאיצים.

מאחר ונדרש גיבוי לפרקי זמן קצרים ולא קבועים, בעיקר בעת היעדרויותיו של יוסי גרה מכל סיבה שהיא מביה"ח, וגם לעיתים כאשר הוא נמצא, בהערכה גסה הסתבר כי מדובר בכמות גמישה של שעות בהיקף של כמחצית משרה.

בוצעה פנייה לכללית הנדסה ולסוכן חב' VARIAN בארץ לקבלת הצעות מחיר.

ברור שיש יתרון טכנולוגי לסוכן המקומי מאחר והוא מקבל באופן שוטף עדכונים והרשאות מהיצרן לטיפול במגוון הדגמים הקיימים בביה"ח, כאשר הדגש הינו במיוחד לדגם החדש שבו יש באופן יחסי תקלות מרובות.

הצעת המחיר של החברה היתה גם טובה יותר מהצעת כללית הנדסה.

לפיכך על דעת כל הגורמים העוסקים בסוגיה זו, קרי – מכון אונקולוגי/יח' לרדיותרפיה והנדסה רפואית הוחלט לאמץ את הצעת חב' ISI הן מטעמים של קישוריות רציפה עם היצרן והן מטעמים כלכליים.

מבקש לפיכך לראות את נציגות היצרן בארץ, חב' ISI, ספק בלעדי למתן הגיבוי הנדרש למאיצים מתוצרת VARIAN.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי

מנהל המחלקה להנדסה רפואית

מרכז רפואי שיבא