

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה ____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
כ"ס _____ TFE

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

	שם הספק:
	מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)
5920036195-1773	
	ספק זה הינו:
	אומדן / שווי ההתקשרות:
17675 \$	
	תקופת ההתקשרות



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

25 במאי 2014
מספרנו: יש/2014-0211
תיק: 1015, 1125A

לכבוד
מר ברונו לביא
כ.א.ן

נכבדי,

הנדון: המחלקה לניתוחי לב – חוו"ד לרכישת מתמר TEE

בשימוש המחלקה לניתוחי לב מתמר TEE, דגם S7-2 OMNI, מס' סד' 0341Q1, אשר עקב בלאי ניזוק נזק מוחלט בעת הליך סטריליזציה.

לא ניתן היה לאבחן את הבלאי שבטבעת האטימה שעקב התבלותה חדרו מים למתמר וגרמו לקצר ולנזק מוחלט.

בנוסף, מהיבט בטיחותי קיימת סכנה למטופל (המתמר מוחדר לושט המטופל).

המכשיר יושבת ובמקומו יש לרכוש דגם זהה בהתאם להצעת חב' מדטכניקה הרצ"ב.

מדובר בעסקת חליפין אותה יש לממש, מאחר ולא ניתן לחבר למכשיר האולטראסאונד דגם IE-33 מתמר מיצרן חלופי מלבד חב' פיליפס יצרן האולטראסאונד.

ניתן, איפוא, לראות את חב' פיליפס ונציגותה בארץ, חב' מדטכניקה, ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

הבהרה: עקב הנחיצות למתמר בשימוש ניתוחי לב לא ניתן להמתין כחודשיים לפחות לניסיון תיקון המתמר הלקוי.

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

2014 3/11