

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

_____ **מדינת ישראל** **X** _____ **קרון מחקרים**

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
תיקון + קניה של מאיץ

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא **X**

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה **X**

	I.S.I	שם הספק:
	520030784	מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)
	_____ ספק יחיד	ספק זה הינו:
	_____ ספק חוץ	אומדן / שווי ההתקשרות:
	₪ 1,500,000	תקופת ההתקשרות

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
Tel-Hashomer 5265601, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד הבריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל השומר 5265601, ישראל

תאריך: 06/04/2014
סימוכין: 01727114

לכבוד
מר דב דוד האובן
מנכ"ל וועדת הרכישות
כאן

הנדון: תיקון דחוף של המאיץ

מאיץ ה"טרובים" בחדר 8 כשל בשל בעיות ואקום.
ניסיונות לשקם את המערכת בעזרת מהנדסי חב' ואריאן לא צלחו.
לכן לעת הזו החליטה הנהלת המוסד להזמין את מערכת הואקום כולה בהוצאה משוערת בת
\$ 500,000 + מע"מ.
לכשתגיע המערכת ותותקן, תשלח המערכת הישנה לחו"ל.
ולאחר בדיקתה במעבדות היצרן נדע מה גודל ההוצאה.
נבקש מהוועדה המכובדה לאשר את הרכישה בדחיפות.
אני מבין שבשל גודל הסכום תיתן הוועדה את האישור לתקרה בסך 1.5 מיליון ש"ח.

בברכת חג שמח

אריה שלומוב

העתק: ברונז לביא – סמנכ"ל טכנולוגיות ותפעול