

**המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא**

**תל- השומר**

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

מדינת ישראל  \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ומידע התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
רביג קריאלס

האם קיים הנושא זה מכרז מרכז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין     שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

	שם הספק:
	מספר הספק
	(ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)
	ספק זה הינו:
	אומדן / שווי ההתקשרות:
	תקופת ההתקשרות

קריאל    ספק יחיד     ספק חוץ \_\_\_\_\_  
 511642449 - 2201    18960 ו/או 181 + 181





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

29 במאי 2014  
מספרנו: 0218-2014/יש  
תיק: 7015-5, 1219-2

לכבוד  
מר ברונו לביא  
כאן

נכבדי,

3559g

הנדון: מט"מ/מעבדת מוהס – חו"ד לרכישת קריאוסטט

- א. הצטיידות 2014
- ב. דוא"ל מיום 27.10.13
- ג. דוא"ל מיום 11.2.14
- ד. דוא"ל מיום 20.2.14
- ה. דוא"ל מיום 28.5.14

1. בסימוכין ב' מפורטים נתוני שני המכשירים המצויים במעבדת מוהס, כאשר בסימוכין א' אושרה בקשת המעבדה להחליף המכשיר הישן מתוצרת רייכרט במכשיר מודרני חדש.

מדובר במכשיר חיתוך חצי אוטומטי לעבודה שוטפת, קרי – ביצוע חתכים קפואים במהלך טיפול רפואי/ניתוח על מנת להחליט על המשך הטיפול הכירורגי הנדרש.

מדובר בדגם בו פעולת החיתוך מבוצעת ידנית ואולם קידום הדגימה (הרקמה) מבוצע באמצעות מנוע פסיעות (STEPPER MOTOR), המשמש גם ל-TRIMMING (חיתוך גס של פריט הדגימה שאינה רלבנטית לחיתוך הדרוש).

המכשיר כולל את המרכיבים הבאים:

- א. מע' הקפאה מהירה לדגימה.
  - ב. תנועת הדגימה במרחב בשלושת הצירים.
  - ג. מע' הפשרה אוטומטית.
  - ד. מנגנון עבור AutiRoll לקבלת חיתוך פרוס ישר.
2. בסימוכין ג' מבהירה חב' פריגו נציגת היצרן SAKURA כי אין לה לפי שעה יכולת מענה לנדרש.
- בסימוכין ד' הובהר סופית כי דגם MEV תוצרת SLEE, המשווק ע"י חב' לבוטל נפסל על הסף בהתאמתו לנדרש.



**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

לפיכך, היצרן היחיד הנותר בתחום הדיאגנוסטיקה הינו חב' LEICA, כאשר הדגם המתאים לנדרש, בהתאם לסימוכין ד', הינו דגם CM-1860UV, המצוי במספר מעבדות ומכוונים ובמכון הפתולוגי בגירסת דגם CM-1850UV. ההבדל בין שתי הגירסאות מפורט בטבלת היצרן הרצ"ב.

לנוכח הנ"ל מומלץ לממש הצעת חב' רניום הרצ"ב, לפריטים 1 עד 3 בלבד, כאשר לנוכח הנסיבות ניתן לראות היצרן ונציגתו המקומית ספק בלעדי לרכישה.

ההצעה כוללת את הפריטים הבאים:

1. המכשיר.
  2. בסיס מחזיק הסכין.
  3. מחזיק סכין אוניברסלי לסכינים צרים ורחבים.
  4. מע' קירור פלטייה לקירור מהיר עבור 2 תחנות.
- תקופת האחריות תהיה כמקובל בביה"ח, דהיינו לפחות 24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל במכשיר.
- ההזמנה תכלול ספרי שרות והפעלה.

ב ב ר כ ה,

דר' יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+הצעת מחיר

העתקים: פרופ' א. ברשק  
דר' כ. רוזנבלט  
גב' אביבה אלגים-מזרחי