

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל  \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הסובין / השירות / העבודה)
רביע
נק"ל
ת"ה
ספקסמן וג

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין  \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	סי.ק
מספר הספק	
(ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	514689850 - 594900
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	"(ח.פ. + ח.צ.)" 36,750
תקופת ההתקשרות	

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:**

ע"ש "תנוף" "אצב" לע"מ ש"ס

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד - ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	א"ל - תנוף	ע"ש תנוף
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

10 באפריל 2014  
מספרנו: יש/2014-0156  
תיק: 1111-5, 3017

לכבוד  
מר ברונו לביא  
נ א נ

נכבדי,

הנדון: טיפול נמרץ לב ילדים – חווי"ד לרכישת נקזי חזה אלקטרוניים

מכתביו של דר' אמיר ורדי מיום 17.02.2014 ומיום 10.02.2014

1. בהמשך לסימוכין יש לרכוש המכשיר בכמות 8 יח'.
2. מדובר במכשיר המשמש לניקוז אוויר או נוזלים מחלל החזה על ידי שימוש בוואקום. המכשיר משמש בעיקר בטראומה וכהליך פוסט כירורגי.
3. תכונות המערכת:
  - נקז חזה נייד הכולל ניטור אלקטרוני.
  - מבוסס על משאבה ולא דורש חיבור לקיר – מאפשר ניידות ומייצר רעש נמוך.
  - סוללה מסוג ליתיום איון בעלת משך פעולה של עד 12 שעות. זמן טעינה מקסימלי של עד 4 שעות.
  - תצוגה דיגיטלית של לחץ המטרה ומהירות הזרימה בזמן אמת. אפשרות מעבר לתצוגה גרפית לשם מעקב אחר התקדמות התהליך.
  - מהירות זרימה של עד 18 l/min.
  - טווח וואקום: 5-(-100) mbar.
  - התראות המע': התראה על מצב סוללה. והתראות לחץ המצביעות על דליפות, חסימות ניתוקים וכו'.
  - הצנרת כוללת מע' אוטומטית לאיתור ופינוי חסימות.
4. לאחר בדיקה הובהר כי קיימת מערכת מתוצרת ATMOS העונה לדרישות.
5. לא ידוע על מערכת נקזי חזה נוספת התואמת לנדרש. ניתן לפיכך לראות ביצרן ובנציגו ספק יחיד לרכישה זו.



**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

6. מומלץ לממש הצעת מחיר מס' 141110544 ו-141110546 מיום 25.02.14, של חב' דנאל עבור 7 יחידות נקזי חזה ויח' 1 של נקז חזה קומפקטי תוצרת ATMOS בצירוף המוצרים הנלווים.

**מהצעת מחיר מס' 141110546 יש לממש הפריטים הבאים:**

פריט מס' 1 (מק"ט 317.0000.0) בכמות 1 יח', נקז חזה אלקטרוני קומפקטי דגם C 0501.

פריט מס' 2 (מק"ט 316.0200.0) בכמות 1 יח', מתקן קיבוע עבור נקז חזה אלקטרוני קומפקטי.

פריט מס' 3 (מק"ט 317.1000.0) בכמות 1 יח', מיכל איסוף (סט מתכלה) עבור נקז חזה קומפקטי (10 מכלים). הספק מתחייב לספק את המכלים עם הצינור כסט.

**מהצעת מחיר מס' 141110544 יש לממש הפריטים הבאים:**

פריט מס' 1 (מק"ט 312.1031.0) בכמות 5 יח', סט מתכלה המכיל צינור ומיכל איסוף (10 סטים).

פריט מס' 2 (מק"ט 312.1100.0) בכמות 7 יח', נקז חזה אלקטרוני דגם E 201.

פריט מס' 3 (מק"ט 312.1160.0) בכמות 7 יח', מתקן קיבוע עבור נקז חזה אלקטרוני.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה.

יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

ב ב ר כ ה,

ענבר שושן - Bsc  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעות מחיר+תכתובת

העתק: דר' א. ורדי