

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

	<b>משרד:</b>
	<b>יחידה מזמינה:</b>
	<b>תאריך:</b>

קרון מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל  \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

	<b>שם הספק:</b>
	<b>מספר הספק</b> (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)
	<b>ספק זה הינו:</b>
	<b>אומדן / שווי ההתקשרות:</b>
	<b>תקופת ההתקשרות</b>





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

26 בינואר 2014  
מספרנו: יש/2014-0044  
תיק: 1-1116, 1002

לכבוד  
מר ברונו לביא  
כ.א.

נכבדי,

הנדון: הצטיידות 2014/ח.ג. כללי/הרדמה -  
חוו"ד לרכישת מחמם מטופל במים

רשימת הצטיידות 2014  
מכתב דר' כהן מיום 7.1.2014

1. דר' יצחק כהן מבקש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 3 יח'.
  2. מדובר במחמם מטופל במים בעל התכונות הבאות:
    - א. חימום המטופל בעזרת מזרון המחומם ע"י סירקולציה של מים חמים.  
הערה: חימום בעזרת אוויר (CONVECTION) - לא מתאים לאפליקציות של חימום בעזרת מגע (CONDUCTION) ולכן אינו מתאים.
    - ב. אפשרות לחימום כל הגוף.
    - ג. תחום טמפי לחימום:  $20-42^{\circ}\text{C}$ .
    - ד. זרימת מים וגוף חימום לקבלת חימום אפקטיבי ומהיר (800W/36GPH).
    - ה. אפשרות לניוד המכשיר (גלגלים).
    - ו. זינה - 230V/50Hz.
  3. מומלץ לממש הצעת מחיר מס' 13001191, מיום 12.12.13, של חב' ארדון, למחמם דגם 111W (מק"ט 1095025896), תוצרת CSZ (כולל מינשא עם גלגלים - מופיע כאופציה).
- יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשובל ע"ש חיים שיבא  
מסוף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

4. לחברת גזית נציגת STRYKER-GAYMAR מכשיר חימום/קירור אשר עונה לדרישות.  
אין באפשרות חברת גזית להציע את המכשיר הקיים עקב הפסקת ייצורו.  
כמו כן אין באפשרות חברת גזית להציע את המיכשור החדש מכיוון שעדיין לא אושר  
בארץ.

לא ידוע לנו על מכשיר חימום במים אחר זולת שני היצרנים הנ"ל.

ניתן לראות בחברת CSZ ונציגתה חברת ארדון ספק יחיד לרכישה זו.

בברכה,

צפריר בן יהודה - Msc  
ס/מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעת מחיר

העתק: דר' י. כהן