

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידת מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
רכישת חומרי גלם
לצורך ייצור

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	ספק
מספר הספק	1707 - 510091884
(ח.מ./צ.מ./מ.מספר עמותה)	
ספק זה הינו:	✓ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	30,710 \$ + 1817
תקופת ההתקשרות	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

23 באפריל 2014
מספרנו: יש/0169-2014
תיק: 8-1111, 1001, 1013

לכבוד
מר ברונו לביא
כ.א.ן

נכבדי,

הנדון: ח.נ. מרכז/היערכות לביצוע ניתוחי כבד מורכבים -
חוו"ד לרכישת מכשיר לעירוני בלחץ

תכתובת מייל מיום 14.4.2014

1. בהמשך לסימוכין, פריט 6 ברשימה, יש לרכוש המכשיר בכמות 1 יח'.
2. מדובר במכשיר חימום ועירוני הפועל עם מהירויות ונפחי עירוני גבוהים המשמש בעיקר במקרי טראומה, בהליכים כירורגים בכלל ובהשתלות בפרט.
3. תכונות המכשיר הנדרשות עבור מרכז השתלות הכבד הן:
 - א. מהירות עירוני מקסימלית של 1000 ml/min.
 - ב. טווח לחצים של 100-300 mmHg.
 - ג. סנסור בועות אוויר אולטראסוני, במקרה של איתור בועת אוויר תשמע התראה ויעצרו פעולות המשאבה והחימום.
 - ד. אפשרות חיבור שקיות נוזלים ומוצרי דם בטווח נפחים של 3l-500ml.
 - ה. תצוגה דיגיטלית רציפה של נפח עירוני כולל, קצב עירוני, טמפ' נוזל ולחץ מערכת.
4. על פי דרישותיו של פרופ' ברקנשטט ובעקבות בדיקה בהנדסה רפואית נמצא כי Rapid Infuser תוצרת BELMONT הינו המוצר היחיד העונה לדרישה ד'.
5. בהתאם לסעיף 4 יש לראות בחב' BELMONT ובנציגתה בארץ חב' לבנט טכנולוגיות בע"מ ספק בלעדי לרכישה.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

6. מומלץ לממש הצעת מחיר PQ14L0381 על כל סעיפיה.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה.

בברכה,

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+ הצעה

העתק: פרופ' ח. ברקנשטט
מר מ. לוי