

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל X קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
רכישת אבזר לציוד רפואי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין     
  שירותים     
  ביצוע עבודה

שם הספק:	בין זיאולוסקיה
מספר הספק (ח.מ./צ.ע.מ./ מספר עמותה)	1411 - 511509168
ספק זה הינו:	✓ ספק יחיד      ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	83,400 ₪ + 1617
תקופת ההתקשרות	





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

23 באפריל 2014  
מספרנו: יש/2014-0167  
תיק: 1019-1, 1128-5

לכבוד  
מר ברונו לביא  
כאן

נכבדי,

הנדון: מח' כוויות – חו"ד לרכישת מכשיר לבדיקת גזים בדם

מכתבו של דר' חאייק מיום 16.4.14

תכתובת מייל מיום 22.4.2014

1. בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר שבנדון בכמות 1 יח'.
2. בהתאם לחו"ד יש/2013-0243 נרכש מכשיר משותף לט.נ. נוירוכירורגיה ויח' הכוויות, אשר הוצב ב-ט.נ. נוירוכירורגיה.  
בעקבות השגת דר' חאייק, מנהל הכוויות, הוחלט על רכישת מכשיר נוסף נפרד ליח' הכוויות מטעמים של דחיפות בביצוע בדיקות במהלך ניתוחים ועל מנת למנוע זיהומים.
3. מומלץ לרכוש מכשיר זהה על מנת לשמור על אחידות הריאגנטים הקיימת בביה"ח כולו ועל מנת לאפשר גיבוי הדדי בין שתי המחלקות – ט.נ. נוירוכירורגיה וכוויות בעת תקלה.
4. מומלץ לממש רכישת דגם COBAS B 221 תוצרת ROCHE, המשווק ע"י חב' דין דיאגנוסטיקה.  
ניתן לראות מהנ"ל את היצרן ונציגתו המקומית ספק בלעדי לרכישה זו.  
יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה.  
יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,

ענבר שושן - Bsc  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתקים: דר' י. חאייק  
מר י. ברדה