



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

| | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------|---------|
| יחידה מוזמנת: | מיון קרע | מס' ועדה: | 141879 |
| מחוז הרכישה: | האגף שבנייה ושיפוץ | עד שבקלים: | ELCDA-2 |
| סכום הרכישה מטבע ספק: | 19798 ש"ח | עוד בשקלים: | |
| ספק פוטנציאלי: | גס נויך | כ"ח שנת: | |

הוועדה התכנסה בתאריך 28/11 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הוועדה
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

| | | | |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
| חתימת המאשרים: | יוסי שחר | עו"ד רוות קרני | שמרית ארנון |
| | | | |
| | שגיב פרידמאן | ניכל ארנון | |
| | | | |

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

3 במרץ 2014

סימנבתי: 01-03


לכבוד
וועדת חרכישות
באג

אדוניס נכבדים,

הנדון: החלפת (רבישת) שפופרת מנגטרון עבור מאיץ מספר 2 ELECTA

במכון קריינה מותקן. מאיץ ELECTA, מס"ד ב"י"ח: 01855, יצוד: תבי, ELECTA, סוכן: תבי, מדטכניקה בע"מ.
הכוללת מנגטרון בלתי נפרדת מהמערכת. ע"י אנשי שירות התברר שהשפופרת מנגטרון התקלקלה.
במקומה ממליץ לרכוש ולהתקין מנגטרון חדש. היות והמנגטרון הנו חלק אינטגרלי מהמערכת,
יש לראות בו השלמה למערכת הקיימת ובה"ב מדטכניקה בע"מ ספק יחיד למנגטרון מקורי זה.

בברכה,

 E.M.

שמרית מוריקאנט

מהנדס מכשור רפואי

ראש צוות מכשור רנטגן