

**המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.


<b>תיאור מותח ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>
מתקן בנפח 200 ליטר, כולל מתכלים לעיקור במי חמצן (פלזמה)

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	גוינסון & גוינסון
מספר הספק (ח.מ./ח.צ./ע.מ./מספר עמותה)	
ספק זה הינו:	√ ספק יחיד    ספק חוץ _____
אומדן / שות ההתקשרות:	400,000 ש"ח
תקופת ההתקשרות	שנה



### נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

#### נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).

#### פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות

<p>עיקור במי חמצן בדומה לכל עיקור אחר, צריך להתבצע תוך הקפדה על שיטה, חומרים ותהליכים, מכיוון שבביה"ח אנו משתמשים במתקן של חברת ג'ונסון, אנו חייבים לבצע את הגדלת הנפח באותה חברה, לכל מתקן מאפיינים שונים, אשר משפיעים על רשימת המכשור והיצרנים שניתן לעקר בהם, שילוב של מתקן מיצרן אחר, יחייב הגדרה של כל מוצר המתאים לעיקור בפלזמה, באיזה מתקן ניתן לעקר אותו, בנוסף לא ניתן יהיה לעקר אף פעם מוצר בשני המתקנים, אחרת נאבד את האחריות של היצרן עליו, גם העובדים יידרשו להקפדה ודיוק אשר פשוט יקשו על תפעול המערך ויגדילו באופן משמעותי את הסיכון לגרימת נזק בציוד יקר.</p> <p>נוסף על כך, נידרש לקוד סימון נוסף ושונה לכל מתקן.</p> <p>חובתנו לאחידות ברכש זה בולטת וחיונית ביותר, שני מתקנים שלהם רשימת מתכלים שונה, רשימת מוצרים לעיקור שונה ושלא יכולים לשמש גיבוי האחד של השני וכל זאת באותה שיטת עיקור כביכול, היא מתכוון לצרות, לכן המלצתי.</p>

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בחליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

<p>שני סניפים המערך הלאומי מנהל מערך עיריית נתניה ואספקת מים לרשות המרכזית ת"ד 2700   052-6467870   3177</p>	<p>מפקיד בעל הסמכות המקצועית</p>	<p>שם בעל הסמכות המקצועית</p>
--	----------------------------------	-------------------------------