




**אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד**

14183	מס' ועודד :	גבע רפא	יחידה מועמדת :
הגלם שביטלמנט סקלר D-76 אג"מ סל"מ			
	עד בסקלים :	2,433 \$	סכום הכרעה מטבע ספק :
		גל"מ	ספק פוטנציאלי :
		גל"מ	

חוזעה התכנסתהבתאריך 1.4.14 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם  
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השוות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים :  רונן שחר  
עו"ד רוה פת שמואל צנבר  
מנכ"ל אג"מ סל"מ

המרכז הרפואי תל-אביב  
מחלקת הגדסה רפואית  
טל: 03-6973208  
פקס: 03-6973440

4 במרץ 2014


סימנוכין: 02-03

לכבוד  
וועדת רכישות  
מאן

אדוניים נכבדים,

**הנדון: החלפת (רכישת שפופרת PLUMBICON T.V.)  
עבור חדר שיקוף D-76 תוצרת PHILIPS**

במחלקת רנטגן מותקנת מכונת שיקוף D-76, מס"ד ב"י"ח: 10240, יצרן: PHILIPS, סוכן: חבי מדטכניקה בע"מ  
הכוללת שפופרת PLUMBICON T.V. שהנה בלתי נפרדת מהמערכת מ- 10.5.1996  
בתאריך 3.2.14 לאחר בדיקת התקלה ע"י אנשי שרות התברר שהשפופרת PLUMBICON T.V. הותקלה,  
יש צריכות במוניטורו – CONTRAST נמוך. במקומה ממליץ לרכוש ולהתקין שפופרת חדשה.  
חיות ושפופרת PLUMBICON T.V. הנה חלק אינטגרלי מהמערכת, יש לראות בה השלמה למערכת  
הקיימת ובחבי מדטכניקה בע"מ ספמ יחיד לשפופרת מקורית של חבי PHILIPS של מקרה זה.

בברכה,  
  
שמריה מוזיקאנט  
ראש צוות מכשור רנטגן  
מהנדס מכשור רפואי